

Specificații tehnice

			a fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloan							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1680177467862 din 11,06,2023						Data: „_” _____ 20__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”						Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
1	2			3	4	5	6		8	
33100000-1	41	Cabină de audiometrie	Cabină de audiometrie	SM-1513	China	GUANGZHOU MELISON MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	• Sala de ascultare este complet suspendată și nu are conexiune din oțel la peretele original. • Sala de ascultare trebuie sa fie dotata cu sistem de ventilare. • Destinată pentru plasarea pacientului în spațiu izolat fonic în timpul testelor audiometrice. • Tip: Modulară, asamblată la locul de instalare; • Confectionată din materiale non-toxice, rezistente la foc, anticoroziv, anti-rugină, rezistent la umiditate, rezistente la dezinfectat. • Geam izolat fonic cu sticlă dublu strat. • Panou cu 6 porturi de 6.3 mm izolat fonic pe ambele părți a geamului (intern și extern), pentru asigurarea interconectării “Headphones” și “Bone” la dispozitiv, fără pierderea din calitatea sunetului(asigurarea cu cabluri suplimentare, dacă necesită). • Dotata cu suport pentru audiometru; • Dotata cu iluminare internă; Dimensiuni externe: Înălțime: 230 - 250 cm; Lățime: 150- 180 cm; Adâncime: 130- 150 cm; Dimensiuni fereastra (minim): 30x50 cm; Ușa (minim): 70 cm, design fără zgomot, cu deschidere stânga Proprietăți de reducere zgomot: 150 - 500Hz mai mare de 25 dB 1000-8000Hz mai mare de 40 dB Cerințe de certificare: „ISO 8253-1 sau ISO 13485”. Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:	• Sala de ascultare este complet suspendată și nu are conexiune din oțel la peretele original. • Sala de ascultare este dotata cu sistem de ventilare. • Destinată pentru plasarea pacientului în spațiu izolat fonic în timpul testelor audiometrice. • Tip: Modulară, asamblată la locul de instalare; • Confectionată din materiale non-toxice, rezistente la foc, anticoroziv, anti-rugină, rezistent la umiditate, rezistente la dezinfectat. • Geam izolat fonic cu sticlă dublu strat. • Panou cu 6 porturi de 6.3 mm izolat fonic pe ambele părți a geamului (intern și extern) • Dotata cu suport pentru audiometru; • Dotata cu iluminare internă; Dimensiuni externe: Înălțime: 230cm; Lățime: 150 cm; Adâncime: 150 cm; Dimensiuni fereastra (minim): 38x68 cm; Ușa (minim): 84 cm x 194cm, design fără zgomot, cu deschidere stânga Proprietăți de reducere zgomot: 150 - 500Hz - 28 dB 1000-8000Hz - 55 dB Anul producerii 2023. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către ofertant Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - se ofera În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune - 24h. Manual de utilizator în limba română și engleză	41 Manual Cabina Audio Melison Medical SM1513.pdf - Date tehnice	

33100000-1	58	Aparat videoendoscopic ORL	Aparat videoendoscopic ORL	YKD-9001E	China	Xuzhou AKX Electronic Science and Technology Co.,Ltd	Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Cap camera Full HD cu frecvența cadrelor minim 60 fps și gradul de protecție IPX8. Posibilitatea de stocare internă sau externă (stic USB) a imaginilor captate foto și video HD. Îeșire video minim necesare: HDMI/DVI/DP – 2 unități, CVBS – 1 unitate . Monitor LCD Full HD cu minim 24 inch , rezoluția minimă 1920x1080, cu sistem de fixare de troliu. Troliu cu bară sau braț pentru monitor, cu 4 roți blocabile dintre care minim 2 blocabile, cu minim 3 rafturi pentru accesorii. Sursa de lumină incorporată tip LED minim 70 W. Alimentarea de la rețea 220V, 50Hz. Toate părțile sistemului să fie compatibile între ele și fixate de troliu. Accesorii: • Sinuscop 0°, 4.0 x 175mm/180mm, • Sinuscop 45°, 4.0 x 175mm/180mm, • Laringoscop 90°, 8.0 x 175mm/180mm • Stic USB minim 8 GB pentru export – 2 unități. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:	Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Cap camera Full HD cu frecvența cadrelor 60 fps și gradul de protecție IPX8. Posibilitatea de stocare USB a imaginilor captate foto și video HD. Îeșire video HDMI/DVI– 2 unități, CVBS – 1 unitate . Monitor LCD Full HD IPS! 24 inch , rezoluția 1920x1080, cu sistem de fixare de troliu. Troliu cu bară pentru monitor, cu 4 roți dintre care 2 blocabile, cu 4 rafturi pentru accesorii. Sursa de lumină incorporată tip LED 80 W. Alimentarea de la rețea 220V, 50Hz. Toate părțile sistemului sunt compatibile între ele și fixate de troliu. Accesorii: • Sinuscop 0°, 4.0 x 175mm/180mm, • Sinuscop 45°, 4.0 x 175mm/180mm, • Laringoscop 90°, 8.0 x 175mm/180mm • Stic USB 32gb pentru export – 2 unități. Anul producerii 2022. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către ofertant Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - se ofera în cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune - 24h. Manual de utilizator în limba română și engleză	Manual utilizator 58 <i>Manual Videoendoscopice Ikeda 9001e.pdf</i> pagina 10 capitol "Parametri tehnici", capitol "Accesorii". Brosura 58 <i>Brosura Videoendoscopice Ikeda 9001e.pdf</i> pagina 31 YKD-9001E Technical data
33100000-1	59	Fotoliu diagnostic ORL(Electromecanic)	Fotoliu diagnostic ORL(Electromecanic)	ST-E250	China	FOSHAN SUNTEM MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Destinat pentru examinarea pacienților. Tapiserie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Unghiul reglabil spătar, diapazon minim necesar: 0-45°. Perna de picior nu se poate mișca, este fix, îndreptată în jos. Scaunul se poate mișca în sus și jos, controlat de pedală/telecomandă sau ambele. Scaunul se poate întoarce la minim 180°. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Destinat pentru examinarea pacienților cu maladii ORL. Tapiserie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Unghiul reglabil spătar, diapazon 0-90°. Perna de picior nu se poate mișca, este fix, îndreptată în jos. Scaunul se poate mișca în sus și jos, controlat de pedală/telecomandă. Scaunul se poate întoarce 180°. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative:	Manual de utilizare 59 <i>Scaun SUNTEM ST-E250.pdf</i>, capitol <i>Caracteristici tehnice și dotare</i>

331000 00-1	60	Combin a ORL (cu Negatos cop si aspirato r integrat)	Combina ORL (cu Negatosc op si aspirator integrat)	ST- E500	China	FOSHAN SUNTEM MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Destinat pentru diagnosticul și tratamentul pacienților cu patologii ORL în săli de operație și săli de pansament . Suprafața mesei acoperită cu material lavabil rezistent la agenți chimici, metal inox sau sticlă calită. Dotat cu sistem de aer comprimat, reglabil, manometru, cu recipiente pentru nebulizare medicamente , nu mai puțin de 1 buc. Sistemul de aspirație dotat cu pompă vacuum separată cu o productivitate minim de 45 l/min, presiunea maxima de lucru nu mai mult de 600-680 mm Hg, reglabil Dotat cu vas pentru colectarea lichidului aspirat: • Vas de bază nu mai mic de 2,5 l, minim 1 buc. • Vas de siguranță nu mai mic de 0,5 l, minim 1 buc. Dotat cu sistem de preîncălzire oglinzi, la 37° C. Dotat cu panou de control. Dotat cu vase din inox pentru acumularea materialului biologic lucrat, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu vas încorporat (pentru instrumente, soluții etc.) din inox, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu vas (flacon) din sticlă pentru medicamente, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu pulverizator (manivela cu reglaj fin a presiunii de lucru), nu mai puțin de 3 buc.(2 buc drepte si 1 buc cu cot). Dotat cu negatoscop cu lumină LED. Livrat cu scaun pentru medic cu rotile si ajustare de înălțime. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:	Destinat pentru diagnosticul și tratamentul pacienților cu patologii ORL Suprafața mesei acoperită cu material lavabil rezistent la agenți chimici tip sticlă calită. Dotat cu sistem de aer comprimat, reglabil, manometru, cu recipiente pentru nebulizare medicamente -1 buc. Sistemul de aspirație dotat cu pompă vacuum separată cu o productivitate de 50 l/min, presiunea maxima de lucru de 600 mm Hg, reglabil Dotat cu vas pentru colectarea lichidului aspirat: • Vas de bază nu mai mic de 2,5 l, 1 buc. • Vas de siguranță nu mai mic de 0,5 l, 1 buc. Dotat cu sistem de preîncălzire oglinzi, la 37° C. Dotat cu panou de control. Dotat cu vase din inox pentru acumularea materialului biologic lucrat, 2 buc. Dotat cu vas încorporat (pentru instrumente) din inox, 2 buc. Dotat cu flacon din sticlă pentru medicamente, 2 buc. Dotat cu pulverizator, 3 buc.(2 buc drepte si 1 buc cu cot). Dotat cu negatoscop cu lumină LED. Livrat cu scaun pentru medic cu rotile si ajustare de înălțime. Cerințe de certificare: Anul producerii 2022. Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către ofertant Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - se ofera Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune - 24h.Manual de utilizator în limba română și engleză	Manual utilizator 60 <i>Manual ENT Unit SUNTEM ST- E500.pdf</i> pagina 2, Brosura 60 <i>Brosura ENT Unit SUNTEM ST- E500.pdf</i>
----------------	----	---	--	-------------	-------	--	--	---	---

[illegible]