Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1674466049029 din 23 ianuarie 2023					Data: „ ” 20	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Consumabile angeografice REPETAT						Pagina: __din __
Cod CPV	**Nr. Lot**	**Denumire Lot**	**Denumirea poziției**	**Model**	**Țara**	**Produ-cătorul**	**Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă**	**Specificarea tehnică deplină ofertată**	**Standarde de referință**
33100 000-1	4	Ghid pentnu angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Ghid pentnu angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Gaia First AHW14R007P AHW14R307P Gaia Second AHW14R008P AHW14R308P Gaia Third AHW14R011P AHW14R311P	Japonia	Asahi	Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârf de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vîrfului de la 1,7 pînă la 4,5 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime obligatorie 190, 300 cm Diametru de la obligatorii 0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârf de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vîrfului de la 1,7 pînă la 4,5 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime obligatorie 190, 300 cm Diametru de la obligatorii 0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	CE/ISO
33100 000-1	7	Ghid cu virf moale acoperit cu polimer	Ghid cu virf moale acoperit cu polimer	HI-TORQUE WHISPER™ 1011834H 1011834HJ 1011835H 1011835HJ 1005357H 1005357HJ 1005359H 1005359HJ 1005351H 1005351HJ 1005353H 1005353HJ	SUA	Abbott Vascular	"Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Acoperire hidrofilică distală minim 40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametru 0.014’’ Lungime -minim 200 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). "	"Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Acoperire hidrofilică distală minim 40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametru 0.014’’ Lungime -minim 200 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). "	CE/ISO

Semnat : electronic Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice

Ofertantul: **Life Med SRL** Adresa : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30