

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21161404, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1706530200009 din ”13” februarie 2024
Obiectul achiziției:	Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale si radiologice pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
10.Analizator bacteriologic automat Vitec-2	VITEK® 2 COMPACT	SUA	bioMérieux Inc.	o data la 2 luni /la solicitare	1. Mentenanța preventivă. Conform recomandărilor producătorului (se anexează). Include kitul de revizie. 2. Mentenanța corectivă. Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (include deplasare, manoperă)/ la solicitare	Conform recomandărilor producătorului

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1