

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666100687374 din 18 Octombrie 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea rugozimetrului portabil (REPETAT)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Rugozimetru portabil	KR 220	China	DongGuan HongTuo Instruments Co., Ltd.	Completarea (Conform Caietului de sarcini): -Unitatea de bază (1 buc.); -Detector principal (1 buc.); -Detector special pentru canale/găuri mici (1 buc.); -Extensie pentru detector (1 buc.); -Etalon de rugozitate standard (1 buc.); -Etalon de rugozitate Ra 3,3 μm (1 buc.);	Articole incluse în pret Dispozitiv KR220 1 buc Senzor standard KS100 1 buc Bloc de calibrare standard 1 buc Suport pentru bloc de calibrare 1 buc Suport reglabil 1 buc Încărcător 1 buc Cablu USB 1 buc Software pentru PC 1 buc Manual de utilizare limba engleza 1 buc Geanta 1 buc Printer cu 5 role de hirtie Alte accesorii sunt prezentate in anexa separata la oferta.	

			-Etalon de rugozitate Rz 12 μm (1 buc.); -Husă de protecție a detectorului (1 buc.); -Printer portabil (1 buc.); -Hârtie pentru printer (5 buc.); -Cartuș cu cerneală pentru printer (2 buc.); -Suport reglabil din oțel pentru utilizarea staționară a dispozitivului (1 suport); -Platformă de testare (1 buc.); -Adaptor metalic – 8 mm (1 buc.); -Adaptor metalic pentru conectarea platformei (1 buc.); -Încărcător acumulator (1 buc.); -Șurubelniță pentru montarea/demontarea detectorului; -Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); -Cabluri pentru transfer de date;	<i>20 de parametri de rugozitate Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rsk,Rku,Rsm,Rmr,Rx,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2</i> <i>Interval de măsurare Ra: 0,005~16 Rmz. : 0,02~160,00μm</i> <i>Lungimea probei 0,25, 0,80, 2,50 mm</i> <i>Lungime de evaluare (1~5)L</i> <i>Cursa maximă de antrenare 17,5 mm/0,7 inchi</i> <i>Precizia indicației 0,001μm</i> <i>Precizie ≤(±10)%</i> <i>Repetabilitate <6%</i> <i>Capacitatea stocării de date 100 de grupuri</i> <i>Baterie reîncărcabilă Li-baterie</i> <i>Umiditate relativă <90%</i> <i>Temperatura de lucru -20°C~40°C</i> <i>Dimensiune 158x63.5x46mm</i> <i>Greutatea dispozitivului 0,3 kg</i>	
--	--	--	---	---	--

				-Soft pentru prelucrarea valorilor măsurare la PC; -Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă); -Certificate de origine/calitate/proveniență -Certificat de aprobare de model valabil; -Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile. Specificația tehnică: Unitatea de bază Parametru de rugozitate de bază: Ra, Rz Profil examinatProfil principal (P), Profil de rugozitate (R), Curba Tp (raportul materialului Mr) Înregistrare profil Vv: 200× ~ 20000× mărire Vh: 20×, 50×, 200×		
--	--	--	--	---	--	--

				StandardConform ISO / DIN / JIS / ANSI (selectare din meniu) Sistem de măsurare Metric mm, imperial inch Rezoluție display0,001 μm / 0,04 μinch DisplayLCD 128×64 (matrice de puncte), cu iluminare fundal Dimensiuni display 50 mm×30 mm Caracteristici de afișare Indicator de poziție a detectorului, indicator de nivel al bateriei, afișare directă a parametrilor și profilelor, imprimare directă, ajustare iluminozitate LCD, oprire automată și stocare automată a datelor, calibrare prin software Limbă meniuEngleză, rusă sau română Modul de ieșireprioritar RS-232 sau alte module Gama de măsurare Ra: 0,005 μm – 16 μm Rz: 0,02 μm – 160 μm	
--	--	--	--	---	--

				Tp: 1 – 100% (% Ry) Filtru digitalRC, PC-RC, GAUSS, D-P AlimentareAcumulator Li-ion Capacitate acumulator nu mai puțin de 1000mAh Încărcare acumulator 220V, 50Hz Temperatura de lucru de la 0°C până la 40°C Dimensiuniaproximativ 140 mm×60 mm×50 mm Greutateaproximativ 500 gr Detector principal Detector Inductiv Lungime detector80 mm Dimensiunile tijei diametru 4,2 mm; lungime 24 mm Gama de măsurare ±20 μm, ±40 μm, ±80 μm Durata de măsurare 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm / Auto	
--	--	--	--	--	--

				Detector special (pentru suprafețe curbate) Detector Cu derapaj lateral Lungime detector 78,5 mm Raza de măsurare minim 3 mm Dimensiunile tijei lungime 22,5 mm Extensie pentru detector Dimensiuni Lungime 50 mm, diametru 10 mm Printer Metoda de printare Matrice de puncte Interfață prioritar RS-232 sau alte module pentru conectare la unitatea de bază Volum bandă de tapat 1000000 caractere Dimensiuni aproximativ 170 mm×110 mm×50 mm Greutate aproximativ 400 gr	
--	--	--	--	---	--



				Platforma de testare Tip platformăReglabilă (interval axial Y: nu mai puțin de 270 mm) Dimensiuni suprafață de lucru 400 mm×250 mm×70 mm		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: **Burdujan Rodica** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com





Anexa nr. 23
la Documentația standard nr 21065729
din 18 Octombrie 2022

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666100687374 din 18 Octombrie 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea rugozimetrului portabil (REPETAT)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38540000-2	Rugozimetru portabil cu accesorii prezentate în sepecificatia tehnica	buc	1	68000	81600	68000	81600	30 de zile din data comenzii		
Total						68000	81600			

Semnat: **Burdujan Rodica** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com

