

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1702901192860 din 24.12.2023						
Obiectul de achiziției: Achiziționarea reagenți de laborator pentru dispozitivele de sistem deschis pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri:</b>						
<b>Lot II. HBsAg, 96 teste ELISA</b>						
HBsAg, 96 teste ELISA	071011	Italia	ADALTIS S.R.L.	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, Metoda de determinare ELISA, set conține 96 teste, control pozitiv (1fl. x 1,5ml) și negativ (1fl. x 1.5ml). Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiune de la producător se anexează.	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lot III. ASLO – LATEX</b>						
ASLO – LATEX	8.00.02.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Cerințe generale*, 1 ml și pozitiv -1 ml	Cerințe generale*, Metoda de determinare LATEX TEST, set conține 100 teste, LATEX Reagent (1fl. x 4ml), control pozitiv (1fl. x 1ml) și negativ (1fl. x 1ml), cu o sensibilitate de 98,0% și specificitate de 97,0%. Instrucțiune de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lot IV. CPR - LATEX</b>						
CPR - LATEX	8.00.00.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	ambalaj maxim 5 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set (15- 25 doze în fiolă) inclus control negativ	Cerințe generale* + Notă**, ambalaj = 4ml, Metoda de determinare LATEX TEST, set conține 100 teste, LATEX Reagent (1fl. x 4ml), control pozitiv (1fl. x 1ml) și negativ (1fl. x 1ml), cu o sensibilitate de 95,6% și specificitate de 96,2%. Instrucțiune de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lot V. Hemocult-test (IFOBT)</b>						
Hemocult-test (IFOBT)	GEFOB-602b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare	Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,6% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare. Instrucțiune de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

<b>Lot VI. RF - LATEX</b>						
RF - LATEX	8.00.04.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 5 ml Cerințe generale* + Notă **	Cerințe generale* + Notă**, ambalaj = 4ml, Metoda de determinare LATEX TEST, set conține 100 teste, LATEX Reagent (1fl. x 4ml), control pozitiv (1fl. x 1ml) și negativ (1fl. x 1ml), cu o sensibilitate de 100% și specificitate de 100%. Instrucțiune de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lot XVIII. Ulei de imersie</b>						
Ulei de imersie	454/15	Federația Rusă	ООО "АГАТ- МЕД"	Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml	Ulei de imersie Ambalaj 100 ml	Certificat de Calitate

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9