

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1703770311399**

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2024**

Autoritatea contractantă: **IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33141800-8	66	Ace endodontice K file	Ace endodontice K file	Ace endodontice K file	China	Shenzhen Superline	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	CE,ISO ,Declarație de conformitate
33141800-8	92	Sondă	Sondă	SD-1065-08	Pakistan	Surgicon	Sondă stomatologică încurbată nr. 1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, destinată pentru examinarea suprafețelor dentare	Sondă stomatologică încurbată nr. 1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, destinată pentru examinarea suprafețelor dentare	CE,ISO ,Declarație de conformitate
33141800-8	93	Oglindă stomatologică fără mâner	Oglindă stomatologică fără mâner	S 4-P	Pakistan	Surgicon	Oglindă stomatologică plană, fără mâner. Prezentare: Cutie: minim 12 bucăți	Oglindă stomatologică plană, fără mâner. Prezentare: Cutie: minim 12 bucăți	CE,ISO ,Declarație de conformitate
33141800-8	94	Mâner pentru oglinzi	Mâner pentru oglinzi	SD-0770-04	Pakistan	Surgicon	Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.	Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.	CE,ISO ,Declarație de conformitate
33141800-8	95	Fuliar netezitoare, nr.1	Fuliar netezitoare, nr.1	SD-1141-06	Pakistan	Surgicon	Fuliar netezitoare nr.1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, rezistent la orice tip de sterilizare; indicat la restaurări. Diametrul fuluarului – 1,1 mm Lățimea netezitoare – 1,5 mm	Fuliar netezitoare nr.1, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, rezistent la orice tip de sterilizare; indicat la restaurări. Diametrul fuluarului – 1,1 mm Lățimea netezitoare – 1,5 mm	CE,ISO ,Declarație de conformitate

33141800-8	96	Fuliar netezitoare, nr.2	Fuliar netezitoare, nr.2	SD-1139-02	Pakistan	Surgicon	Fuliar netezitoare nr. 2, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, rezistent la orice tip de sterilizare; indicat la restaurări. Diametrul fuluarului – 1,5 mm Lățimea netezitoare – 2,0 mm	Fuliar netezitoare nr. 2, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, rezistent la orice tip de sterilizare; indicat la restaurări. Diametrul fuluarului – 1,5 mm Lățimea netezitoare – 2,0 mm	CE,ISO ,Declar atie de confor mitate
33141800-8	97	Excavator, 1mm	Excavator, 1mm	SD-1143-03	Pakistan	Surgicon	Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necrotice. Lățimea părții active 1 mm	Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necrotice. Lățimea părții active 1 mm	CE,ISO ,Declar atie de confor mitate

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova