

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1680187353742 din 04.04.2023

Obiectul achiziției: consumabilelor medicale necesar urgent pentru 30 zile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4 Lame pentru bisturiu nr.20	nr.20	Turcia	BROCHE	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	CE, ISO
Lot 5 Lame pentru bisturiu nr.22	nr.22	Turcia	BROCHE	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO
Lot 6 Lame pentru bisturiu nr.23	nr.23	Turcia	BROCHE	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO
Lot 8 Pungi sterilizare autoclav (temperatura	250mmx200m	Italia	Dispotech	rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	CE, ISO

120-180 grade C.) 250mmx200m						
Lot 10 Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern	132/20 extern	Federația Rusă	MEDTEST	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc	CE, ISO
Lot 11 Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern	132/20 intern	Federația Rusă	MEDTEST	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist aciziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23

