

Specificatii tehnice

Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1672730511104 din 17.01.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea reactivelor și consumabilelor de laborator de tip închis pentru anul 2023

	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
		Lotul VIII.Reagenți pentru analizatorul Urisis 1100 (tip închis)							
8,1	3 3 6 9 6	Teste diagnostice Combur 10 UX 1 set- 100 stripuri	*Test pentru urinometru Combur-10 UX 100 teste	Germania	Roche Diagnostics GmBh	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100 Stripuri pentru 10 parametri: pH, densitatea optica, leucocite, nitrite, proteine, glucoza, cetone, urobilinogen, bilirubina, singe occult (eritrocite si hemoglobina), , rezistente la ac.ascorbic	Reagentii compatibili cu analizatorul URISIS-1100 Stripuri pentru 10 parametri: pH, densitatea optica, leucocite, nitrite, proteine, glucoza, cetone, urobilinogen, bilirubina, singe occult (eritrocite si hemoglobina), , rezistente la ac.ascorbic	CE	
8,2	5 0 0	Test calibrare si autocontrol Control test M N50	*Control-Test M Urisys-1100 50 teste 11379194263				rezistente la ac.ascorbic	rezistente la ac.ascorbic	CE
	- 0	Lotul IX							
9.1		Set de control pentru stripuri KOVA Liqua-TROL	*KOVA TROL LOQUID 04165365001	Germania	Roche Diagnostics GmBh	Set 2 nivele 3 fl x 15 ml	Set 2 nivele 3 fl x 15 ml	CE	

Semnat: _____ Numele, prenumele: V.Buga În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul :IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5