

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1613460317545 din 16.02.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive și echipamente pentru prevenirea, diminuarea și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID19)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specific area tehnică deplină solicitată de către autorita tea contract antă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33140000-3	Lotul 7 a716d96e-30dd-4eab-9abe-613cc9a75232 Tonometru automat	Medel Sense	China	Globalcare Medical Technology CO., LTD		Detectarea aritmiei cardiace - da Adaptor rețea (Intrare: 100 - 240 V, ~50/60Hz, 05 A Ieșire: 6 V 600 mA) Indicator "Semafor" pentru clasificarea vizuală a tensiunii arteriale, tehnologia ESH - da Manșetă dimensiunea (22-42 cm) Mufă pentru adaptor la rețea - da Indicator baterie descărcată - da Husă pentru transportare în set - da Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) - da Memorie – 4X30 Baterii în set - da Gama de măsurare (0-300 mmHg) Intervalul de frecvență a impulsurilor (40-199 bătăi pe minut) Valoarea nivelului maxim de presiune (260 mmHg) Precizia măsurării presiunii (± 3 mmHg) Unitate de măsură – Mmhg Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune – da Domeniul temperaturilor de funcționare (+10 - +40 °C, umiditate relativă: 10% - 85%, presiunea atmosferică: 80 kPa - 105 kPa) Perioada de garanție – 4 ani	
	Total lot 7	48 buc					

Semnat: ----- Numele, Prenumele: **Mojila Violetta** În calitate de: **director**
Ofertantul: **"Distribuitor Prim" SRL** Adresa: **MD 2060 Moldova or. Chișinău, bd. Dacia 36A**