

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21065125, din 13/11/2022						Data:13/11/2022	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023						Lot: 65; 66.	Pagina 1 din 1
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
#	1	2	3	4	5	6	7
65	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie	AL-1303-060.V009	Turcia	Meditera Tibbi Malzemeler A.Ş. / ALTECH	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; conectiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj individual; Clinic curat.	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; conectiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj individual; Clinic curat.	ISO, CE
66	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare	AL-1303-060.V037	Turcia	Meditera Tibbi Malzemeler A.Ş. / ALTECH	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova