

Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex)			
Model			WAKIe 2TC
Producător			Atys Medical
Țară de origine			Franța
Cod	300500		
Descriere	Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor cranio-cerebrale		Da, Descriere Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor cranio-cerebrale
Parametrul	Specificația		
Tip	Portabil	obligatoriu	Da, Tip Portabil Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, General specification
		obligatoriu	Da, Suport pe roțile cu frână (Multix Trolley)
Suport pe roțile cu frână		obligatoriu	Da, Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde Broșură WAKIe 2TC, pag. 3 , Each channel supports each probe
Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde		obligatoriu	Da, 4 Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, Analog input
Porturi active		≥ 4 porturi	Da, 4 Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, Analog input
Monitor	Integrat	obligatoriu	Da, integrat Broșură WAKIe 2TC, pag. 3
Boxe	Integrate	obligatoriu	Da, integrate Broșură WAKIe 2TC, pag. 3
Ecran	Touch screen	≥ 15 inch	Da, 15 inch touchscreen Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, display
Rezoluția ecran		≥ 1024 x 768	Da, 1360x468 Broșură WAKIe 2TC, pag. 3
Sonde	Sonda 2 MHZ, mod: PW	obligatoriu	Da, Sonda 2 MHZ, mod: PW Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, High Quality Doppler, Probe frequency Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, Probe Options
	Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea	obligatoriu	Da, Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea traumelor cranio - cerebrale, mod PW

	traumelor cranio - cerebrale, mod PW		Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, High Quality Doppler, Probe frequency Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, Probe Options
	Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW	obligatoriu	Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, High Quality Doppler, Probe frequency
	Compatibil cu sonde robotizate	obligatoriu	Da, Compatibil cu sonde robotizate Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, Probe Options
Moduri de lucru	CW	obligatoriu	Da, CW Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, High Quality Doppler,
	PW	obligatoriu	Da, PW Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, High Quality Doppler,
	M-mode	obligatoriu	Da, M – mode Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, High Quality Doppler,
Afișare simultană	Spectru	Minim. 8 adâncimi	Da, 9 adâncime Broșură WAKIe 2TC, pag. 3, High Quality Doppler, Multi-gating
	M-mode + CW/PW+Audio	obligatoriu	Da, M-mode + CW/W+Audio
	Revizualizare+M-Mode/CW/PW	obligatoriu	Da, Revizualizare+M-Mode/CW/PW
Diagnostic	Indici calculați	Vs, Vd, Vm, Pl, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor	Da, Vs, Vd, Vm, Pl, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor WAKIe 2TC, pag. 3, Displayed indices
Modul de monitorizare	Monitorizare Unilateral	obligatoriu	Da, Monitorizare Unilateral WAKIe 2TC, pag. 2, Configuration
	Monitorizare Bilateral	obligatoriu	Da, Monitorizare Bilateral WAKIe 2TC, pag. 2, Configuration
	Monitorizare continua: trenduri	obligatoriu	Da, Monitorizare continua: trenduri WAKIe 2TC, pag. 3, Continuous monitoring
	Detectare 1 emboli	obligatoriu	Da, Detectare 1 emboli WAKIe 2TC, pag. 3, Emboli detection
	Analiză detaliată embolie	Indicarea evenimentelor detaliate	Da, Indicarea evenimentelor detaliate WAKIe 2TC, pag. 3, Emboli detection

	Indicarea evenimentelor detaliate	obligatoriu	Da, Indicarea evenimentelor detaliate WAKIe 2TC, pag. 2, OUTSTANDING MONITORING MODULE
Teste susținute	Teste de reactivitate vasomotorie	obligatoriu	Da, Teste de reactivitate vasomotorie WAKIe 2TC, pag. 3, Speciality tests
	Stenoze	obligatoriu	Da, Stenoze WAKIe 2TC, pag. 2, ENGINEERED TO SERVE A WIDE RANGE OF APPLICATIONS
	Reținere respirației	obligatoriu	Da, Reținere respirației WAKIe 2TC, pag. 3, Speciality tests
	Hiperventilarea	obligatoriu	Da, Hiperventilarea WAKIe 2TC, pag. 3, Speciality tests
Posibilități software	Post-Procesare Raw-Data	obligatoriu	Da, Post-Procesare Raw-Data WAKIe 2TC, pag. 3, Export data
	Protocoale	Presetate, configurabile	Da, Presetate, configurabile WAKIe 2TC, pag. 3, protocols
	Interfața de lucru	Configurabilă	Da, Configurabilă WAKIe 2TC, pag. 2, OUTSTANDING MONITORING MODULE
	Date pacient Limba	Română/ Rusă / Engleză	Da, Engleză
	Rapoarte configurabile	obligatoriu	Da, Rapoarte configurabile WAKIe 2TC, pag. 2, Reporting
	Conectivitate DICOM 3.0	obligatoriu	Da, DICOM 3.0 WAKIe 2TC, pag. 3, Connectivity
	Ieșiri video	HDMI, VGA, alte	Da, HDMI, VGA WAKIe 2TC, pag. 3, Connectivity
	Ieșire audio	obligatoriu	Da, Ieșire audio WAKIe 2TC, pag. 3, Connectivity
	Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data	obligatoriu	Da, Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data WAKIe 2TC, pag. 3, Export Data
	Alimentare 220 V/50 Hz	obligatoriu	Da, Alimentare 220 V/50 Hz WAKIe 2TC, pag. 3, General specification
	Baterie, autonomie	≥ 2 ore	Da, 2 ore WAKIe 2TC, pag. 3, General specification
	Coș pentru accesorii	obligatoriu	Da, Coș pentru accesorii