

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Achizitii.md ID: 21033728; MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1610362676709	Data: „10” februarie 2021	Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:	Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021	Lot: 43	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000-1	43	Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni aerobi	Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni aerobi	BACT/ALERT® FA Plus (410851)	SUA	bioMérieux, Inc.	Destinație: pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni aerobi, flacoanele utilizate pentru sînge uman donat/pacienți netratați cu antibiotic. Proprietăți: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunile flaconului cu lungimea 12 cm și diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare albastră; e) învelite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în albastru și gradată din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare; Flacoanele nu necesita aerare înainte de introducerea în aparat; Compoziția mediului de cultură din flacon: a) bullion tripticaza soia cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în aer; b) senzorul colorimetric este situat în partea inferioară a flaconului; c) reagenți gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Forma de ambalare: flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Singelui timp de 10 zile după desemnarea cîștigătorului.	Flacoane cu reagent ce conțin perle polimerice absorbante și care neutralizează agenți antimicrobieni din clasele de antibiotice și antifungice destinate utilizării cu sistemele Bact/Alert: izolează bacterii aerobe, bacterii pretențioase, fungi și fungi filamentoși, flacoane utilizate pentru sînge uman donat/pacienți netratați cu antibiotic, (inclusiv și la pacienți tratați cu antibiotice); nu necesită adaos de suplimente nutritive; senzor emulsie lichidă (LES); utilizate pentru detecția microorganismelor din sînge și a fluidelor umane. Proprietăți: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunile flaconului cu lungimea 12 cm și diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare albastră; e) învelite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în albastru și gradată din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare; Flacoanele nu necesita aerare înainte de introducerea în aparat; Compoziția mediului de cultură din flacon: a) bullion tripticaza soia cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în aer; b) senzorul colorimetric este situat în partea inferioară a flaconului; c) reagenți gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Forma de ambalare: flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie coincid cu cele de pe eticheta flaconului.	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: SRL Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 09.02.2021