

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1769522452401](#) din 27.01.2026

Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2026 (repetat 2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 14. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life”	DDLC-14524-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizador, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 190-230 mm Radio-opac Da	OPTIMA – II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER 14,5 FR 24 SM STEP TIP DUAL LUMEN LONG TERM HEMODYALYSIS CATHETER Carbonate Catheter (1) 0,38” * 70cm Nitinol Guide Wire J (1) 12 FR 15 SM Dilator (1) 14 FR 15 SM Dilator (1) 18 G 7 cm Needle (1) “Y” Connector (1) Suture (1) 16 FR Valved Peelaway Sheath (1) 5 ml Syringe (1) ID Card (1) #11 Scalpel (1) 19 SM Tip to Cuff Heparin Caps (2) Catheter Stabilizator Band (2) Stainless Steel Tunnels with Sleeve (1)	ISO, CE

				Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2	
--	--	--	--	---	--