

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739441069476
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a utilajului medical, an.2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lot 8						
Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU G4	Sonialvision G4	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalității printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței preventive	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalității printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței	CE

				conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: SIMESTRIAL și intervenții la solicitarea inginerului local.	
Lot 10 Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU RADSPEED FIT	RADSpeed Fit	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: SIMESTRIAL și intervenții la solicitarea inginerului local.	CE
Lot 11 Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU MOBILEART EVOLUTION MX7	MobileArt Evolution MX7	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: SIMESTRIAL și intervenții la solicitarea inginerului local.	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Botnaru

În calitate de: Director Ofertantul: Neotec SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37