

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729242120165 din 19/11/2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 8						
Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	DW 7004	Turcia	DETRO HEALTHCARE KIMYA SANAYI A.Ş.	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, ISO Nr. Inregistrare AMDM DM000683729 , conform Rg04-000096 din 19-04- 2024
Lotul nr. 23						
Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120	FISIOSONIC	Italia	FISIOLINE SRL	Conform Anexei Nr.2	Conform Anexei Nr.2	CE, ISO Nr. Inregistrare AMDM DM000753505 conf. Rg04-000285 din 18-10-2024
Lotul nr. 24						
Electroterapie, Cod 400140	MODULO PLUS	Italia	FISIOLINE SRL	Conform Anexei Nr.3	Conform Anexei Nr.3	CE, ISO Nr. Inregistrare AMDM DM000750193 conf. Rg04-000285 din 18-10-2024
TOTAL						

Semnat:
Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	DW 7004, DETRO HEALTHCARE KIMYA SANAYI A.Ş., Turcia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația Configuratie Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Reservor, $l \geq 9$ litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferiți Set inclus de filtre antibacteriene de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de:	DA, <i>Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.</i> Parametru Specificația DA, Configuratie Static pe podea / <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series</i> DA, Endoscoape per ciclu 2 / <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series / Capacity 2 flexible endoscopes</i> DA, Ecran LCD /<i>Brosura Detrowash-7000-8000Series/Graphic Screen LCD</i> DA, Numărul de canale de conectare 6/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Connections/ Double Scope: 6 Channel</i> DA, Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire / <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Traceability of programmes on graphic LCD display</i> DA, În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series</i> DA, Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Advanced Hardware/Flow sensor (6-9 pcs.)</i> DA, Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Level control for disinfectant, enzyme, alcohol tanks</i> DA, Compatibil cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferiți <i>Olympus,/Fujifilm/Pentax</i> DA, Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) DA, Reservor, 15 litri/ / <i>Brosura Detrowash-6000Series / Ready-to-use Disinfectant Tank: 2 piece 15L</i> DA, Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Advanced Hardware/Automatic and Full Time Leakage Test</i> DA, Variația de temperatură ≤ 55 grade, DA, Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Automatic precise dosing for enzyme ,disinfectant, alcohol</i>

minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri	DA, Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000 Series / Automatic precise dosing for enzyme ,disinfectant, alcohol</i> DA, Alarma Automată/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series / Advanced reporting system& Alarms sytem</i> DA, Stand pe roți obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series</i> DA, Compresor de aer obligatoriu/ <i>/ Brosura Detrowash-7000-8000Series /Traceability of programmes on graphic LCD display /Alcohol+Air</i> “Air Tank: 1 piece 5L” DA, Autodezinfectare obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Self disinfection system</i> DA, Sistem de filtrare a apei obligatoriu <i>/ Brosura Detrowash-7000-8000Series /Water Filtration/ 5 micron, 1 micron, 0.2 micron</i> DA, Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului) obligatoriu <i>/Brosura Detrowash/ Brosura Detrowash-7000-8000Series / Concentrated Disinfectant Canister: 1 piece 5L</i> <i>/Brosura Detrowash/ Brosura Detrowash-7000-8000Series / Single Use and Reusable Disinfectants Usage</i> DA, Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 obligatoriu/ <i>/ Brosura Detrowash-7000-8000Series / Validated by an accredited organisation to EN ISO 15883-1&4 standard.</i> Accesorii și consumabile: DA, Adaptoare de conectare pentru cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferiți DA, Set inclus de filtre antibacteriene de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu DA, Soluție de spălare min. 100 cicluri DA, Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri
--	---

Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120	FISIOSONIC, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz Puterea maxima $\geq 15W$ Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Funcția de comutarea automata a frecvenței obligatoriu Testarea automata da Suprafata de contact a sondei min. 5 cm² Posibilitatea reglării puterii de pe aplicator obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sonda cu ultrasunet, 1 buc., să se indice codul produsului Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Da, Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune 4,3 inch color, touch-screen/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ DISPLAY: Da, Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ ULTRASOUND FREQUENCY: Da, Puterea maxima 15W/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ OUTPUT POWER: Max. 15W Da, Moduri de operare continuu sau pulsatoriu / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ OPERATING MODE Da, Funcția de comutarea automata a frecvenței obligatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.2/ sequential treatment and automatic frequency switching Da, Testarea automata da / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ Visual and sound contact CONTROL SYSTEM and SELF-CALIBRATION SYSTEM Da, Suprafata de contact a sondei 5 cm²/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ STANDARD ACCESSORIES: Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm² surface Da, Posibilitatea reglării puterii pe aplicator / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ POWER DENSITY ON THE TRANSDUCERS: it may be regulated continuously 0÷3 W/cm² Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm² surface Da, Timpul de tratament 1-30 min. / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ TIMER Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ ACOUSTIC SIGNAL at end of treatment Da, Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu// Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ Visual and sound contact CONTROL SYSTEM Da, Librarie de protocoale interne de tratament 40/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ PRESET PROGRAMS Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 100/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ FREE PROGRAMS Da, Tensiune 220V 50Hz/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ POWER Accesorii Da, Sonda cu ultrasunet, 1 buc., Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm² surface cod.FIS254 Da, Gel contact, cod.FIS14 Da, Troleu dispozitiv 1 buc., cod.FIS964

Electroterapie Cod 400140	MODULO PLUS, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent $\geq 120\text{mA}$ Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Da, Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ INTERFACE Da, Canale independente 4 buc. Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ STIMULATION CHANNELS/ 4 completely independent and electrically insulated channels Da, Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS Da, Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS/ Diagnostics: Da, Semnal stimulare CC si CV/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ OUTPUT STAGE Da, Intensitate maxima curent $\geq 120\text{mA}$ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ CURRENT OUTPUT Da, Timpul de tratament diapazon 1-60 min Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ TIMING Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ ACOUSTIC SIGNAL Da, Librarie de protocoale interne de tratament 200 protocoale Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ PRESET PROTOCOLS Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 150 programe Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ CREATION OF PERSONALIZED PROGRAMS Da, Port USB sau analogic Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ UPGRADABLE VIA USB PORT Da, Tensiune 220V, 50 HZ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ MAINS POWER SUPPLY Accesorii Da, Cabluri bipolare 4 buc., cod. MO186 Da, Electrod electroterapie 4 buc., cod. MO584 Da, Troleu dispozitiv 1 buc., model DINAMICO