

**SPECIFICAȚII TEHNICE  
pentru IMSP Spitalul Raional Cahul**

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b>	<b>ocds-b3wdp1-MD-1637735939304 / 21047430</b>	<b>din 14 Decembrie 2021</b>
<b>Obiectul de achiziției : Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2022</b>		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lotul 4: Reagent, calibratori și material de control pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XS-1000i, Producător Japonia de tip închis</b>						
4.1	33696500-0	Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.	Cellpack	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 20 L Componenta: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standard p/u aparat: 20 L	CE, ISO
4.2	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor și trombocitelor și diluarea leucocitelor.	Stromatolyser-4DL	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 5 L Componenta: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standard p/u aparat: 5 L	CE, ISO
4.3	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil.	Stromatolyser-4DS	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 42 ml Componenta: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standard p/u aparat: 42 ml	CE, ISO
4.4	33696500-0	Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor și măsurarea hemoglobinei.	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenta: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standard p/u aparat: 3x500 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
4.5	33696500-0	Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	Cellclean	Japonia	Sysmex	"Ambalaj solicitat: 50 ml Componenta: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standard p/u aparat: 50 ml	CE, ISO
4.6	33696500-0	Set control 5 DIFF în 3 nivele scăzut, normal, înalt ) 8 parametri.	E-Check (XS)	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului."	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i; Ambalaj standard p/u aparat: 3x1,5 ml	CE, ISO
<b>Lotul 5: Piese de schimb și consumabile/accesorii pentru analizator hematologic automat de tip închis, SYSMEX xs-1000</b>								
5.1	33696500-0	Set de mentenanță anual pentru Sysmex XS-1000i	Maintenance kit	Japonia	Sysmex	Conform invitației	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XS-1000i	CE, ISO
<b>Lotul 9: Veselă și articole de ustensilă pentru laborator</b>								
9.4	33696500-0	Microalbumină în urină, teste rapide	DIAQUICK Microalbumin Dipstick	Austria	Dialab	Conform invitației	Microalbumină în urină, teste rapide; ambalaj 50 teste	CE, ISO
9.13	33696500-0	Termohîrtie pentru analizator hematologic semiautomat PCE 210, lățime 5,5 cm	Thermal paper	Japonia	Sysmex	Conform invitației	Mărime: 55mm x 30m / rulon	ISO
9.31	33696500-0	Eprubete epindorff, 1,5 ml	Centrifugation Tube	China	Gong Dong	Conform invitației	Eprubete Eppendorff, 1,5 ml	CE, ISO
9.33	33696500-0	Container deseuri medicale ascutite 5 L (căldărușe galbene din plastic)	Sharp container	China	Gong Dong	Conform invitației	Container deseuri medicale ascutite 5 L (căldărușe galbene din plastic)	CE, ISO
9.34	33696500-0	Container deseuri medicale ascutite 2 L (căldărușe galbene din plastic)	Sharp container	China	Gong Dong	Conform invitației	Container deseuri medicale ascutite 2-3 L (căldărușe galbene din plastic)	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**