

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1675699802351 din 15.03.2023							
Obiectul achiziției:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1		2		3	4	5		6	7
2	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	VitaPES LF 18 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Ne Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² - DA, 1,5 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - DA, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră, DA (16 ml/oră) Volumul de umplere ≤ 100 ml Da, 85 ml Cerințele specifice Ne Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182, Da, 192 ml/min 2 creatinina ≥ 168, Da, 182 ml/min 3 fosfați ≥ 130, Da, 164 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 67, Da, 105 ml/min Model VitaPES LF 18 Plus, Art.-No. REF 70115818, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat în Republica Moldova.	CE, ISO		
3	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	VitaPES LF 19 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice Ne Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². - DA, 1,7 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani, - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Da, 19 ml/ora Volumul de umplere ≤ 110 ml, DA, 95 ml Cerințele specifice Ne Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186, DA, 194 ml/min 2 creatinina ≥ 173, DA, 186 ml/min 3 fosfați ≥ 154, DA, 170 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 95, DA 113 ml/min Model VitaPES LF 19 Plus, Art.-No. REF 70115819, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat în Republica Moldova.	CE, ISO		

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1675699802351 din 15.03.2023						
Obiectul achiziției:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	
76	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	VitaPES LF 18 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice N ₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² - DA, 1,5 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - DA, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră, DA (16 ml/oră) Volumul de umplere ≤ 100 ml Da, 85 ml Cerințele specifice N ₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182, Da, 192 ml/min 2 creatinina ≥ 168, Da, 182 ml/min 3 fosfați ≥ 130, Da, 164 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 67, Da, 105 ml/min Model VitaPES LF 18 Plus, Art.-No. REF 70115818, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat în Republica Moldova.	CE, ISO	
77	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți	VitaPES LF 19 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice N ₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². - DA, 1,7 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani, - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Da, 19 ml/ora Volumul de umplere ≤ 110 ml, DA, 95 ml Cerințele specifice N ₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186, DA, 194 ml/min 2 creatinina ≥ 173, DA, 186 ml/min 3 fosfați ≥ 154, DA, 170 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 95, DA 113 ml/min Model VitaPES LF 19 Plus, Art.-No. REF 70115819, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat în Republica Moldova.	CE, ISO	
96	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	VitaPES LF 18 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice N ₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² - DA, 1,5 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - DA, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră, DA (16 ml/oră) Volumul de umplere ≤ 100 ml Da, 85 ml Cerințele specifice N ₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182, Da, 192 ml/min 2 creatinina ≥ 168, Da, 182 ml/min 3 fosfați ≥ 130, Da, 164 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 67, Da, 105 ml/min Model VitaPES LF 18 Plus, Art.-No. REF 70115818, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat în Republica Moldova.	CE, ISO	

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1675699802351					din	15.03.2023	
Obiectul achiziției:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință	
1		2		3		4		5	
97	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul	VitaPES LF 19 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice N₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². - DA, 1,7 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani, - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Da, 19 ml/ora Volumul de umplere ≤ 110 ml, DA, 95 ml Cerințele specifice N₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186, DA, 194 ml/min 2 creatinina ≥ 173, DA, 186 ml/min 3 fosfați ≥ 154, DA, 170 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 95, DA 113 ml/min Model VitaPES LF 19 Plus, Art.-No. REF 70115819, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat in Republica Moldova.		CE, ISO	
150	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR SCR	VitaPES LF 19 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice N₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². - DA, 1,7 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani, - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Da, 19 ml/ora Volumul de umplere ≤ 110 ml, DA, 95 ml Cerințele specifice N₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186, DA, 194 ml/min 2 creatinina ≥ 173, DA, 186 ml/min 3 fosfați ≥ 154, DA, 170 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 95, DA 113 ml/min Model VitaPES LF 19 Plus, Art.-No. REF 70115819, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat in Republica Moldova.		CE, ISO	
160	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg.conform necesităților IMSP Sfânta Treime	VitaPES LF 19 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice N₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m². - DA, 1,7 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani, - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Da, 19 ml/ora Volumul de umplere ≤ 110 ml, DA, 95 ml Cerințele specifice N₀ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186, DA, 194 ml/min 2 creatinina ≥ 173, DA, 186 ml/min 3 fosfați ≥ 154, DA, 170 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 95, DA 113 ml/min Model VitaPES LF 19 Plus, Art.-No. REF 70115819, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat in Republica Moldova.		CE, ISO	

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1675699802351 din 15.03.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
163	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfânta Treime	VitaPES LF 18 Plus	Germania	Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH (prod. MTP Medical Technologies GmbH)	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182, Da, 192 ml/min 2 creatinina ≥ 168, Da, 182 ml/min 3 fosfați ≥ 130, Da, 164 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 67, Da, 105 ml/min	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m² - DA, 1,5 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - DA, CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - DA, compatibil Termen garanție ≥ 2 ani - DA, 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere - DA, Electron Beam Membrană complet sintetică - DA, Polyethersulfone Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră, DA (16 ml/oră) Volumul de umplere ≤ 100 ml Da, 85 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182, Da, 192 ml/min 2 creatinina ≥ 168, Da, 182 ml/min 3 fosfați ≥ 130, Da, 164 ml/min 4 vitamina B-12 ≥ 67, Da, 105 ml/min Model VitaPES LF 18 Plus, Art.-No. REF 70115818, vezi "VitaPES catalog datasheet.pdf" pentru confirmarea parametrilor tehnice. Produsul a fost utilizat în Republica Moldova.	CE, ISO

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**