

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21169123/ ocds-b3wdp1-MD-1707482961910 din 4 martie 2024
Obiectul achiziției: <i>Piesă de schimb pentru instalația radiologică existentă la IMSP AMT Centru.</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3-Kit (set) pentru mentenanța analizatorului automat Selectra Pro XL						
Lotul 3.1-Kit (set) de mentenanță anuală pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XL, PN 6003-477	Kit (set) de mentenanță anuală pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XL, PN 6003-477	Olanda	ELITech/ VitalScient	Descrierea componentelor unui set: 1. Rulment pentru mixerul de ser 8X16X5 MM (bearing, ball)- 2 unit; 2. Rulment pentru mixerul de reagent 7X14X5 MM (bearing, ball) -2 unit; 3. Garnitura din cauciuc (drivingbelt mixer) -8 unit; 4.Filtru pentru apa (water filter)- 2 unit; 5.Seringa de dozare 100 uL (syringe long life 100 uL)- 2 unit; 6. Seringa de dozare 1 ML (syringe long life 1 ML)- 2 unit; 7. Filtru pentru impurități (dust filter)-2 unit; 8. Lampa cuarț 12V/20W (lamp, clear quartz 12V/20W)- 2 unit; 9. Garnituri din cauciuc pentru pompa de răcire si pompa de apa (service kit water/ cooling pump)- 3 unit; 10. Filtru pentru rotorul de reacție (filter block assay)- 8 unit; 11. Tub din teflon pentru ser (tube assay sample)- 2 unit; 12. Tub din teflon pentru reagent (tube assay reagent) -2 unit; 13. Garnituri din cauciuc pentru pompa vacuum (membrane kit EPDM)- 2 unit.	Descrierea componentelor unui set: 1. Rulment pentru mixerul de ser 8X16X5 MM (bearing, ball)- 2 unit; 2. Rulment pentru mixerul de reagent 7X14X5 MM (bearing, ball) -2 unit; 3. Garnitura din cauciuc (drivingbelt mixer) - 8 unit; 4.Filtru pentru apa (water filter)- 2 unit; 5.Seringa de dozare 100 uL (syringe long life 100 uL)- 2 unit; 6. Seringa de dozare 1 ML (syringe long life 1 ML)- 2 unit; 7. Filtru pentru impurități (dust filter)- 2 unit; 8. Lampa cuarț 12V/20W (lamp, clear quartz 12V/20W)- 2 unit; 9. Garnituri din cauciuc pentru pompa de răcire si pompa de apa (service kit water/ cooling pump)- 3 unit; 10. Filtru pentru rotorul de reacție (filter block assay)- 8 unit; 11. Tub din teflon pentru ser (tube assay sample)- 2 unit; 12. Tub din teflon pentru reagent (tube assay reagent) -2 unit; 13. Garnituri din cauciuc pentru pompa vacuum (membrane kit EPDM)- 2 unit.	DC, ISO

Lotul 3.2-Kit (set) de mentenanță pentru 2 ani pentru analizatorul , biochimic Selectra Pro XL, PN 6002-680	Kit (set) de mentenanță pentru 2 ani pentru analizatorul , biochimic Selectra Pro XL, PN 6002-680	Olanda	ELITech/ VitalScient	Descrierea componentelor unui set: 1.Valva cu 3 canale pentru dozare (valve block)- 4 unit; 2.Camera cu membrane pentru pompa vacuum (chamber kit EPDM)-4 unit.	Descrierea componentelor unui set: 1.Valva cu 3 canale pentru dozare (valve block)- 4 unit; 2.Camera cu membrane pentru pompa vacuum (chamber kit EPDM)-4 unit.	DC, ISO
Lotul 3.3-Tastatură de masă	Selectra Pro XL Tastatură , MINI TRACKBALL- KEYBRD USB; 3365- 200	Olanda	ELITech/ VitalScient	Descriere: Destinat amplasării pe suport în set cu analizatorul automat Selectra PRO XL; Conecțiune : USB; tastele :standart; Amplasarea: pe suportul analizatorului.	Descriere: Destinat amplasării pe suport în set cu analizatorul automat Selectra PRO XL; Conecțiune : USB; tastele :standart; Amplasarea: pe suportul analizatorului.	DC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tudor Ceaicovschi; În calitate de: Director general;

Ofertantul: „GBG-MLD” SL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 64/2;