

Mtender nr. ocds-b3wdp1-MD-1737547968736 din 22.01.2025 Cod CPV 33100000-1

Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2025 (repetat)

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

CERTIFICAT DE CORESPUNDERE A STANDARTELOR IEC118-0

pentru aparatele auditive prezentate la licitație

Spețificarea tehnică

Măsurările au fost pe trecute conform IEC 60118-0 (ureche artificială)

Cerințele	Interton Move MV690-DW
Căștigul maximal , dB	86
Ieșirea maximal (OSPL90), dB	144
Limita inferioară a diapazonului frecvențial, Hz	100
Limita superioara a diapazonului frecvențial, Hz	6120
Nivel de zgomot , dB	23
Coeficientul distorsiunelor armonice , %	4,7 0,8 0,8
Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului	17
Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup FM	Prezent (DAI, Telecoil)
Anti-feedback	Prezent
Sincronizarea și coordonare binaural	Prezent
Metoda de programare	computerizată

Nume: Casminin Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Sirexton

Adresa: Moldova, Chisinau, bd. Traian 23/1 – 300

Data: 03 februarie 2025