

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21163252 din 07.02.2024****Obiectul de achiziție: Necesarul de consumabile și piese pentru dispozitive medicale, Repetat**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 6</b>						
Sensor O2	M-04 or M-12	Germania	IT Dr. Gambert GmbH		<p>Conector: Molex cu 3 pini  Domeniu de măsurare: 0-100% O2  Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV  Timp de răspuns: &lt; 12 secunde  or  Conector: Molex cu 3 pini  Domeniu de măsurare: 0-100% O2  Semnal de ieșire: 8-12,5 mV  Timp de răspuns: &lt; 15 secunde</p> <p><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE</b>  <b>DM000452552 or DM000452562</b></p>	CE
<b>Total lot 6</b>						
<b>Lotul 17</b>						
Acumulator ( baterie interna)	97311	Germania	METRAX GmbH		PRIMEDIC AkuPak LITE XD, baterie reîncărcabilă cu litiu (LiFePO4) pentru DefiMonitor XD și HeartSave, cu indicator de încărcare, 13.2V / 2.5Ah , Durata de viata pana la 4 ani,	CE
<b>Total lot 17</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23