

			Specificații tehnice							
			Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1639491686667						Data: „22” ianuarie 2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național de control al cancerului pentru anul 2022 (repetat)						Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2		3		4	5	6	7	8	
3310000-1	1	Seringi de unică folosință	Seringă sterilă cu ac 3 componente	Seringa, cu ac, 2ml, 3 compon, ac 23Gx1 0,6x30mm, sterila (SS3110223 25)	Republica Populara Chineza	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd	Seringă sterilă jetabilă 2,0 ml sau 3 ml, din 3 piese (piston, corp, garnitura), de unică folosință, cu ac 23 G 0,6x 25 mm; amboul acului de tip Luer-Slip; transparenta, cu gradație în ml; cu slopper pentru preveni ieșirea pistonului din seringă, netoxică, apirogena, ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale semnat electronic. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a) Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Seringă sterilă jetabilă 2 ml, din 3 piese (piston, corp, garnitura), de unică folosință, cu ac 23 G 0,6x 25 mm; amboul acului de tip Luer-Slip; transparenta, cu gradație în ml; cu slopper pentru preveni ieșirea pistonului din seringă, netoxică, apirogena, ambalaj individual.	Certificat CE Certificat ISO 13485	
3310000-1	2	Analizator Flow-citometru	-	-	-	-	Analizator Flow-Citometru Descriere Analizator Flow-Citometru (IVD) destinat pentru identificarea numărului celulelor și subseturilor lor prin citometria de flux în aplicațiile clinice în laborator. Lazere de examinare, tip LED, minim 3 unități. Toate laserele cu IVD. laser albastru > 488nm, cuputerea de iesire > 50 mW	-	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Burebista 23