

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP conform SIA RSAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1615540708684					Data: 18.04.2021	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021					Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
3310000 0-1	5	Lotul nr.5 Dializator suprafața 1,3-1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Lotul nr.5 Dializator suprafața 1,3-1,4m- 2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	V-14HF	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3-1,4 m-2. Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice: № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	Conform ofertei anexate	CE; ISO

3310000 0-1	6	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5–1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare \geq 10,0 ml/oră mm Hg	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5–1,6m- 2. Coeficientul de ultrafiltrare \geq 10,0 ml/oră mm Hg	V-16HF	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5–1,6 m-2 Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție \geq 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF \geq 10 ml/oră Volumul de umplere \leq 100 ml Cerințele specifice: No Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea \geq 182 2 creatinina \geq 168 3 fosfați \geq 130 4 vitamina B-12 \geq 67</p>	Conform ofertei anexate	CE; ISO
3310000 0-1	7	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7–1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare \geq 12 ml/oră mm Hg	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7–1,8m- 2. Coeficient de ultrafiltrare \geq 12 ml/oră mm Hg	V-18HF	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m-2. Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție \geq 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF \geq 12 ml/oră Volumul de umplere \leq 110 ml Cerințele specifice: No Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea \geq 186 2 creatinina \geq 173 3 fosfați \geq 154 4 vitamina B-12 \geq 95</p>	Conform ofertei anexate	CE; ISO

3310000 0-1	8	Lotul nr.8 (2) Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Lotul nr.8(2) Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	BLU001E	Malaysia	Vital Healthcare Sdn. Bhd.	<p>4. Cerințe tehnico-medicale pentru inimie (magistralele) de sânge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale:</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice:</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm \pm 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8</p>	Conform ofertei anexate	CE; ISO
----------------	---	--	---	---------	----------	----------------------------	--	-------------------------	---------

Semnat: Talpis Numele, Prenumele: Talpis Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zeticon SRL Adresa: str. N. Zelinski 30/4, of. 6

