

Specificatii tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: 21009884

Denumirea licitatiei: Utilaj medical de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model	Producator / Tara de origine	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
	Lot 8					
	Purificator de aer pt laboratoare si institutii medicale	NBVE 110P	Ultraviol / Polonia	Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafata de minimum 25 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3µm, -Filtru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urât. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%.	Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafata de minimum 36 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -Filtru de aer si de Filtru de praf - Filtru fibrilar, un este cazul -Fotocatalizator, un este cazul -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 99.9%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urât. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 99.8 % Filtru de aer si de praf – 2 bucati	ISO / CE

				Filtre de carbon de rezervă – minimum 2. Filtre Hepa de rezervă – minimum 2. Garanție minimum 12 luni.	Garanție minimum 12 luni.	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

Ofertantul: EYECON MEDICAL SRL Adresa: Mun. Chisinau, Piata D.Cantemir nr.1

Numele, Prenumele: Ioan Razvan Carstocea În calitate de: Administrator

Specificatii de pret (F4.2)

Numarul procedurii de achizitie: 21009884
Denumirea licitatiei: Utilaj medical de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lot 8							
	Purificator de aer pt laboratoare si institutii medicale	Buc.	1	11 880.00	14 256.00	11 880.00	14 256.00	45 de zile din momentul solicitarii la locul indicat de autoritatea contractanta
	Total Lot					11 880.00	14 250.00	

Ofertantul: EYECON MEDICAL SRL Adresa: Mun. Chisinau, Piata D.Cantemir nr.1

Numele, Prenumele: Ioan Razvan Carstocea În calitate de: Administrator