

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21060119 din 19.08.2022**Obiectul de achiziție:** Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 9						
Fereastră electric chirurgical pentru amputații , reutilizabil	RJ-PS (NS-1011)	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	Destinație Aparatul destinat pentru tăiere țesuturilor osoase tubulare de diferite dimensiuni. Utilizat în intervențiile de amputație. 4 Specificație tehnica Dipozitivul de lucru (Fereastrăul) Votajul de lucru aproximativ 14,4 V. Putere de ieșire +/- 90 W Creterea temperaturii aparatului în timpul lucrului +/- 20 0C Viteza de lucru- 0-20 000 osc/min. Zgomot- ≤ 70 db. Dispozitiv de încărcare a bateriilor AC 220-240 V, 50HZ-60Hz Baterii Rezerva bateriei- 2 ore. Material, rezistent la dezinfectanți și la sterilizare , 135 0C 5 Dotare Baterii de rezerva 2 piese Încarcator baterii 1 piese Lame de fereastră 2 piese	Destinație Aparatul destinat pentru tăiere țesuturilor osoase tubulare de diferite dimensiuni. Utilizat în intervențiile de amputație. 4 Specificație tehnica Dipozitivul de lucru (Fereastrăul) Votajul de lucru aproximativ 14,4 V. Putere de ieșire +/- 130 W Creterea temperaturii aparatului în timpul lucrului -≤ 20 0C Viteza de lucru- 0-20 000 osc/min. Zgomot- ≤ 70 db. Dispozitiv de încărcare a bateriilor AC 220-240 V, 50HZ-60Hz Baterii Rezerva bateriei- 2 ore. Material, rezistent la dezinfectanți și la sterilizare , 135 0C 5 Dotare Baterii de rezerva 2 piese Încarcator baterii 1 piese Lame de fereastră 2 piese	CE
Total lot 9						
TOTAL						

Semnat: _____ **Numele, prenumele: Ernicev Alexandr în calitate de: Director****Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**