

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 / 21049520 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
9	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	BP2502CS-10	Singapore	Bioptimal International	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm (inclusiv), stimularea bipolară, d- 5-6F (inclusiv). trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostre obligatoriu, mostra va fi testata intraoperator.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 110 cm (inclusiv), stimularea bipolară, d- 5F (inclusiv). trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostre obligatoriu, mostra va fi testata intraoperator.	CE, ISO

10	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	IS9002 6f IS9003 7f IS9004 8f	Turcia	Ares Medical	Lungimea canulei utile de la 10 la 12 cm (inclusiv), cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	Lungimea canulei utile de la 10 cm (inclusiv), cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 44 cm de tip J cu diametre de 0,035; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	CE, ISO
----	---	-------------------------------------	--------	--------------	--	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51