

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1759503257358 din 07 noiembrie 2025
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.26)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
9	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	bucată	22	649,00	778,80	14278,00	17133,60	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului	
12	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)	bucată	5	78000,00	93600,00	390000,00	468000,00		
12	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)	bucată	1	0	0	0	0		
	TOTAL					404278,00	485133,60		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1759503257358 din 07 noiembrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.26)

	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
9	Tensiometr u electronic automat Adult Cod 260760	U80EH	China	SHENZHEN URION TECHNOLO GY CO., LTD.	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	DM0008 49634
12	Unitate stomatolog ică (fără braț asistentă)	TAOS800	China	GUANGZHO U TAOSDENT TECHNOLO GY CO.,LTD	1.1 Unitate stomatologică (fără braț asistentă) Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborâre ≥ 30 cm Greutate maximă ≥ 150 kg Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere	1.1 Unitate stomatologică (fără braț asistentă) Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborâre ≥ 30 cm Greutate maximă 150 kg Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3	În proces de înregistra re

				Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă $\geq 150\text{kg}$ Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apa, aer, spray vârf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurități obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotații ≥ 300000 rot/mon Piesă contraughi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu Mâner detașabil, autoclavabil obligatoriu Frecvența de lucru 25 până la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vârfuri ≥ 4 Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Control multifuncțional de la picior mobil	Accesorii cotiere Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă $\geq 150\text{kg}$ Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apa, aer, spray vârf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED Da Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurități obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotații ≥ 300000 rot/mon Piesă contraughi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu Mâner detașabil, autoclavabil obligatoriu Frecvența de lucru 25 până la 31 KHz Intensitate reglabilă	
--	--	--	--	---	--	--

					Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz	Tip vârfuri ≥ 4 Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Control multifuncțional de la picior mobil Tensiune 230V Frecvența 50Hz	
12	Unitate stomatolog ică (fără braț asistentă)	HYTG- 300	China	GUANGZHO U TAOSDENT TECHNOLO GY CO.,LTD	1.2 Compresor Fără ulei obligatoriu Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) obligatoriu	1.2 Compresor Fără ulei obligatoriu Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) Da	

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia