

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 декабря 2017 года № РЗН 2015/3516

Лист 1

На медицинское изделие

Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iРАСК (АЙПАК)
по ТУ 9398-005-46842767-2014:

Варианты исполнения:

- индикатор контроля паровой и воздушной стерилизации, класс 1, «iРАСК (АЙПАК)-1ПВ» (121/45; 132/20; 160/150);
- индикатор контроля тест Бови-Дика, класс 2, «Бови-Дик-iРАСК (АЙПАК)» (134/3,5);
- индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов, класс 4, «iРАСК (АЙПАК)-4ПК» (121/20; 134/5; 121/35; 134/4; 134/7; 121/25; 134/25);
- индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов, класс 4, «iРАСК (АЙПАК)-4ПД» (110/10; 120/8; 120/12; 120/45; 126/30; 132/20);
- индикатор контроля воздушной стерилизации, класс 4, «iРАСК (АЙПАК)-4В» (160/150; 180/60; 200/30);
- индикатор контроля стерилизации оксидом этилена (ЭО), класс 4, «iРАСК (АЙПАК)-4ЭО»;
- индикатор контроля плазменной стерилизации, класс 4, «iРАСК (АЙПАК)-4Плазма»;
- индикатор контроля пароформальдегидной стерилизации, класса 4, «iРАСК (АЙПАК)-4Форм»;
- индикатор контроля паровой стерилизации, класс 5, «iРАСК (АЙПАК)-5П»;
- индикатор контроля паровой стерилизации средних режимов, класс 4, «iРАСК (АЙПАК)-4ПС» (120/120; 126/90; 132/60).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0042960