

Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant
<p>7.1. condiții obligatorii p/u poz. 1 - 4: contractare a echipamentului, perioada 14 luni. Cerințe obligatorii p/u OFERTE ALTERNATIVE. Cerințe tehnice pentru sistem analitic. Analizator ELISA automat sau cititor stripuri ELISA semiautomat. - Sistem deschis. - Filtre standard: 405,450,492, 630nm. - Orice test ELISA poate fi inclus. - Metoda de detecție: absorbanță. - Mod de masurare : o singura lungime de unda si dubla lungime de unda. - Interval de citire/absorbție: 0 ~ 4.000 Abs. - Imprimantă termică încorporată. Clauza: Contract de comodat: 14 luni. posibilitatea de prelungire anuală a contractului prin Act adițional în caz de câștigarea repetată a lotului alternativ prin licitație de achiziții publice. Operatorul economic obligator să aducă specificații de la producător cu privire la număr de investigații executate dintr-un set sau să prezinte certificat propriu-elaborat care declară numărul de teste într-un set. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>	<p>7.1. Oferta alternativa - Analizator imunoenzimatic Stat-fax 4700 (Awareness Tehn.)- condiții obligatorii p/u poz. 1 - 4: contractare a echipamentului, perioada 14 luni. Cerințe obligatorii p/u OFERTE ALTERNATIVE. Cerințe tehnice pentru sistem analitic. Analizator imunoenzimatic Stat-fax 4700 (Awareness Tehn.)- cititor stripuri ELISA semiautomat. - Sistem deschis. - Filtre standard: 405,450,492, 630nm. - Orice test ELISA poate fi inclus. - Metoda de detecție: absorbanță. - Mod de masurare : o singura lungime de unda si dubla lungime de unda. - Interval de citire/absorbție: 0 ~ 4.000 Abs. - Imprimantă termică încorporată. Clauza: Contract de comodat: 14 luni. posibilitatea de prelungire anuală a contractului prin Act adițional în caz de câștigarea repetată a lotului alternativ prin licitație de achiziții publice. Operatorul economic obligator să aducă specificații de la producător cu privire la număr de investigații executate dintr-un set sau să prezinte certificat propriu-elaborat care declară numărul de teste într-un set. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.</p>