

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1744720927189
Obiectul achiziției: “Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2025 (repetat)”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Mentenanța dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR Lotul 6	SIMPLY DR	Italia	IBIS SRL	Mentenanță corectivă și preventivă - o Intervenții (Revizii tehnice) în cadrul cărora se efectuează întrețineri generale preventive și obligatorii conform manualelor de service; - o Verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, după caz - o Verificarea și reglarea/calibrarea blocurilor de comandă și control; Conectarea în regim de service - o Verificarea tensiunilor de alimentare - o Verificarea conexiunilor electrice - o curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente - o Verificarea funcționării motoarelor - o Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, după caz - o Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor, după caz - o Verificarea intercomunicațiilor. - o Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare	Mentenanță corectivă și preventivă - o Intervenții (Revizii tehnice) în cadrul cărora se efectuează întrețineri generale preventive și obligatorii conform manualelor de service; - o Verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, după caz - o Verificarea și reglarea/calibrarea blocurilor de comandă și control; Conectarea în regim de service - o Verificarea tensiunilor de alimentare - o Verificarea conexiunilor electrice - o curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente - o Verificarea funcționării motoarelor - o Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, după caz - o Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor, după caz - o Verificarea intercomunicațiilor. - o Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare - o Verificare/calibrarea mesei R/F - o Verificarea tubului radiologic	CE, ISO

				radiații ionizante, după caz. o Verificare/calibrarea mesei R/F o Verificarea tubului radiologic Verificarea II o Verificarea generatorului o Verificarea accesoriilor echipamentului o Verificarea collimatorului o Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). o Verificarea numărului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) o întreținerea și mentenanța tubului de radiații ionizante. ☐ Se va asigura funcționarea la parametri corespunzători; a. Activități suplimentare (cuprinse în contractul de service) ☐ Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar; ☐ Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei); ☐ În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte).	Verificarea II o Verificarea generatorului o Verificarea accesoriilor echipamentului o Verificarea collimatorului o Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). o Verificarea numărului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) o întreținerea și mentenanța tubului de radiații ionizante. ☐ Se va asigura funcționarea la parametri corespunzători; a. Activități suplimentare (cuprinse în contractul de service) ☐ Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar; ☐ Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei); ☐ În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producătorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). ☐ Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii,	
--	--	--	--	--	--	--

				☐ Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). ☐ Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;	protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). ☐ Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)