

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1617782624007 din 15.04.2021</b>						
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Achiziționarea de reactive și consumabile pentru Banca de Țesuturi conform Programului Național de Transplant 2021</b>						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 4</b>						
Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică. lungimea acului de 10-12cm. cu mandren cu diametrul lumenului 3.0-4.0mm sterile. ambulate separat	EM07100/150	Italia	Medax	Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică. lungimea acului de 10-12cm. cu mandren cu diametrul lumenului 3.0-4.0mm sterile. ambulate separat. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă. Material: oțel medical inoxidabil de înaltă performanță, lungimea acului de 10/15cm diametrul lumenului 4.0mm. Mandren cu virf trocar, canula cu varf foarte ascuțit pentru recolare sigură și în catinătate mare. Conector Luer Lock pentru seringă + Ghid de îndepărtare prevăzut cu indicatoare pentru a facilita expulzare esanționului și pentru a verifica lungimea acestuia în timpul procedurii. Prevăzut un capac special pentru îndepărtarea în siguranță a esanționului. Sterile ETO, termen de valabilitate - 5ani. . Dispozitivele sunt ambalate individual, sterile etichetate conform normelor medicale în vigoare și sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile	ISO, CE
<b>Lotul 5</b>						
Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică.	ES14070	Italia	Medax	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică. lungimea acului de 6-7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile. ambulate separat. Certificat CE sau declarație	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă. Material: oțel medical inoxidabil de înaltă performanță lungimea acului de 7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 2.0mm. Canula cu	ISO, CE

lungimea acului de 6-7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile. ambulate separat				de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.	virf triplu ascutit, pentru a permite o punctie non traumatica, penetrare rapida si usoare in cavitatea maduvei osoase. Prevazut cu aripioare, maner ergonomic, care permit o aderenta mai buna in timpul procedurii efectuate atat in regiunea de creasta iliaca cit si sternale. Prevazut cu scala de masurare a adincimii in milimetri. Sistemul culisant de reglarea adincimii, de-a lungul canulei permite reglarea penetrarii. Maner anatomic pentru sustinerea degetelor. Stiletul detasabil perfect cuplat la virful canulei. Conector Luer Lock. Prevazut cu doua orificii distale laterale. Dispozitivele sunt ambalate individual,sterile etichetate conform normelor medicale in vigoare si sunt insotite de instructiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile.	
<b>Lotul 16</b>						
Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea M	NSS 001-2	Turcia	SUBMED	1.Mărimea: M 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componente, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunare. ( Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.	1.Mărimea: M 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componente, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunare cu diminsiuni identice. Produsele sunt ambalate individual, etichetate conform normelor domeniului de reglementare in vigoare si sunt insotite de instructiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile.	ISO, CE
<b>Lotul 17</b>						
Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea L	NSS 001-3	Turcia	SUBMED	1.Mărimea: L 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componente, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunare. ( Certificat	1.Mărimea: L 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componente, camasa si pantaloni. Camasa cu minici	ISO, CE

				CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.	scurte și trei buzunare cu dimensiuni identice. Produsele sunt ambalate individual, etichetate conform normelor domeniului de reglementare in vigoare si sunt insotite de instructiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile.	
<b>Lotul 18</b>						
Costume chirurgicale de unică folosință. nesterile. mărimea XXL	NSS 001-5	Turcia	NSS 001-5	1.Mărimea: XXL 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componente, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunare. ( Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.	1.Mărimea: XXL 2.Material netesut, nesteril, care permite respiratia pielii. Din doua componente, camasa si pantaloni. Camasa cu minici scurte și trei buzunarecu dimensiuni identice. Produsele sunt ambalate individual, etichetate conform normelor domeniului de reglementare in vigoare si sunt insotite de instructiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile.	ISO, CE
<b>Lotul 19</b>						
Masca faciala protectie FFP3 FS-930 V -Filter Service	E-830V	China	Weini	Masca faciala protectie FFP3 FS-930 V - Filter Service. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui	Masca faciala protectie FFP3 cu valva analog al FFP3 FS-930 V -Filter Service. Produsele sunt ambalate individual, etichetate conform normelor domeniului de reglementare in vigoare si sunt insotite de instructiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile.	ISO, CE

				80% din termenul total al produsului.		
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Nume: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„Med-M” SRL**

Adresa: **MD-3801, mun.Comrat,  
str.Dobrovoliski, 2A,  
UTA Gagauzia**