

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709423287778
Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (60 de zile permisiunea CAPCS) pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
167. Set introducător pentru puncție arterială femorală lungă	AVANTI™+ Standard Sheath Introducător 504-605X 504-606X 504-607X 504-608X 504-610X	SUA	Cordis	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femorală compus din: teacă, dilatător, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatător din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femorală compus din: teacă, dilatător, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatător din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea	DM000195932 DM000195883 DM000195885 DM000195887 DM000195884

				<p>Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare.</p> <p>Tecile sunt rezistente la kinking.</p> <p>Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr</p> <p>lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p> <p>mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligato</p>	<p>presiunii; ac de puncție arterială de 21 G in interiorul setului.</p> <p>Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare.</p> <p>Tecile sunt rezistente la kinking.</p> <p>Toate componentele nu conțin latex.</p> <p>Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr</p> <p>lungime: 11cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p> <p>mini-ghid cu lungimea de 70 cm</p>	
225. Ghid metaliz amplatz super stiff	<p>Amplatz Super Stiff™</p> <p>Guidewire</p> <p>M001465001 ,</p> <p>M001465011 ,</p> <p>M001465021</p> <p>M001465231</p> <p>M001465251 ,</p> <p>M001465261,</p> <p>M001465091</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic.</p> <p>Diametru de 0,035” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p> <p>Configurații vârful diferite .</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Mărimi obligatorii Lungimi : 145cm, 180 cm, 300 cm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p>	<p>Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic.</p> <p>Diametru de 0,035” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p> <p>Configurații vârful diferite .</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Mărimi obligatorii Lungimi : 145cm, 180 cm, 300 cm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p>	<p>DM000306616</p> <p>DM000306615</p> <p>DM001465021</p> <p>DM000306613</p> <p>DM000306610</p> <p>DM000306611</p> <p>DM000306612</p>
237. Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	<p>Victory</p> <p>0.018``</p> <p>H74939233300300,</p> <p>H74939232300180</p> <p>0.014``</p> <p>H74939230300180,</p> <p>H74939231300300,</p> <p>H74939231300250,</p> <p>H74939233300250</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Ghid periferic din otel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica.</p> <p>Acoperire hidrofilică.</p> <p>Vârful cu un profil de penetrare înalt.</p> <p>Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf.</p>	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Ghid periferic din otel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica.</p> <p>Acoperire hidrofilică.</p> <p>Vârful cu un profil de penetrare înalt.</p> <p>Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf.</p> <p>Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă.</p>	<p>DM000462748,</p> <p>DM000462740,</p> <p>DM000462744,</p> <p>DM000462750,</p> <p>DM000462746,</p> <p>DM000462742,</p>

				Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	
TOTAL		3				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: c/Stauceni