

DECLARAȚIE

corespunderea parametrilor sistemului de filtrare al stației de primire a oxigenului
SISTEM DE GENERATOARE DE OXIGEN IDEAL IM-GO 300SE

Aceasta atestă că utilizarea filtrelor în cantitate și marcă, în funcție de tipul elementelor filtrante cu parametrii specificați în tabel, va asigura clasa necesară de puritate a aerului la intrarea în generatorul de oxigen: IDEAL IM-GO 300SE OXYGEN GENERATOR.

Denumirea parametrilor	Indicator
Model	IDEAL AF0476R, IDEAL AF0476P, IDEAL AF0476S
Mediu de lucru	Aer atmosferic comprimat
Temperatura maxima, °C	65
Presiunea maximă a aerului, MPa	1,6
Rată de transfer, nm ₃ /h	510
Gradul de filtrare al elementelor filtrante, μm	tipul R – 1, tipul P – 3, tipul S – 0,01.

Director
Директор



V. Dinkov
ДІНКОВ В.Ф.



Dnipro
+38 (050) 320-51-99

Kyiv
+38 (067) 352-70-22

Odesa
+38 (048) 737-35-16

Horishni Plavni
+38 (067) 354-62-02

Kharkiv
+38 (057) 760-17-09

Sumy
+38 (0542) 61-06-12

Lviv
+38 (032) 245-15-62

Khmelnitskyi
+38 (067) 384-57-45

Rivne
+38 (0362) 46-09-31