

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1601018361612					Data: „03” octombrie 2020		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea Consumabile pentru hemodializă IMSP SCM Sf.Treime					Lot: 1		Pagina: _1_din _1_
Cod CPV	N/ no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	Catetere Dublu-Lumen, seturi, pentru cateterismul vaselor magistrale	41.02.20116	China	SCW	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	CE

Semnat: _____

 Numele, Prenumele Jighili
Tatiana

În calitate de: administrator

 Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301
