



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21628988 din 05.07.2026

Obiectul de achizitie: Diverse echipamente medicale

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)					
Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Starled3 NX with ETW version	Italia ACEM SpA	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) cu durata medie de viață a LED-urilor - min. 50 000 h. Numărul de sateliți -1. Temperatura culorii - reglabil 3000 - 5000K . Reglarea intensității luminii – obligatoriu. Indexul de culoare - ≥ 95 . Focusabil – obligatoriu. Diametrul ajustabil – aproximativ 30-40 cm Adâncimea – nu mai mică de 80 cm. Distanța de lucru – aproximativ 0.7-1.5 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță- nu mai mică de 120 000 lux. Rotația – 360 grade. Ajustare pe verticală- nu mai mică de 80 cm.	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) cu durata medie de viață a LED-urilor - min. 50 000 h. DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Numărul de sateliți -1. DA Pag. 9 „U.Man Starled3 NX” Temperatura culorii - reglabil 3000 - 5000K DA ETW Version 3000-5700K Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Reglarea intensității luminii – obligatoriu. DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Indexul de culoare - ≥ 95 . DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Focusabil – obligatoriu. DA Pag. 15/31 „U.Man Starled3 NX” Diametrul ajustabil – aproximativ 30-40 cm DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Adâncimea – nu mai mică de 80 cm. DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”	DM00050028 2

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			Alimentarea – 220V, 50Hz. Mișcarea capului luminos – minim 4 axe. Mânere - detașabile sterilizabile. Panou de control - integrat în lampă. Înălțimea podului – 3m.	Distanța de lucru – aproximativ 0.7-1.5 m. DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Nivelul de iluminare la 1 m distanță- nu mai mică de 120 000 lux. DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Rotația – 360 grade. DA Pag. 24 „U.Man Starled3 NX” Ajustare pe verticală- nu mai mică de 80 cm. DA „Ajustare Verticală” Alimentarea – 220V, 50Hz. DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Mișcarea capului luminos – minim 4 axe. DA „Declaratie Producator ACEM” Mânere - detașabile sterilizabile. DA Pag. 22 „U.Man Starled3 NX” Panou de control - integrat în lampă. DA Pag. 15 „U.Man Starled3 NX” Înălțimea podului – 3m. DA „Declaratie Producator ACEM”	
Lot 2 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu					
Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulat or caracteristici avansate) cu trolu	SURTRON 400 HP	Italia Led Spa	Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. Frecvența - cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz. Canale de ieșire: Monopolar - izolat; Comutator de mana – obligatoriu; Comutator de picior -tip pedală dublă; Bipolar – obligatoriu. Moduri de lucru: Monopolar: 1) Tăiere - ≥ 400 W; ≥ 300 Ohm;	Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. Frecvența - cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz. Da, Pag.9,, User Manual” Canale de ieșire: Monopolar - izolat; Da, Pag.10 „ User Manual” Comutator de mana – obligatoriu; Da, Pag.22/17 „ User Manual” Comutator de picior -tip pedală dublă; Da, Pag.26 „ User Manual” Bipolar – obligatoriu. Da, Pag.12 „ User Manual” Moduri de lucru: Monopolar:	DM00057789 8

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		2) Coagulare - ≥ 150 W; ≥ 250 Ohm. Bipolar: 1) Tăiere: - ≥ 120 W; ≥ 50 Ohm; 2) Coagulare - ≥ 120 W ; ≥ 50 Ohm. Regimuri de lucru: Blend, strong - soft, spray - minimum 10 regimuri. Funcție de autotestare – obligatoriu. Canal de ieșire independentă – obligatoriu. Indicatoare : - acustic, vizual. Control volum sunet – obligatoriu. Accesorii: 1) Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 2) Electrod neutru reutilizabil, tip adult - 2 buc., să se indice codul produsului ; 3) Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 4) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului; 5) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului ; 6) Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil - 1 buc., să se indice codul produsului; 7) Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri - 1 buc., să se indice codul produsului; 8) Pedală dublă - 1 buc., să se indice codul produsului. Trolu : 1) Să se indice modelul oferit - modelul oferit; 2) Mobil pe 4 roți – obligatoriu; 3) Minim 2	1) Tăiere - ≥ 400 W; ≥ 300 Ohm; Da, Pag.40 „ User Manual” 2) Coagulare - ≥ 150 W; ≥ 250 Ohm. Da, Pag.40 „ User Manual” Bipolar: 1) Tăiere: - ≥ 120 W; ≥ 50 Ohm; Da, Pag.40 „ User Manual” 2) Coagulare - ≥ 120 W ; ≥ 50 Ohm. Da, Pag.40 „ User Manual” Regimuri de lucru: Blend, strong - soft, spray - minimum 10 regimuri. Da, Pag.30/35/12/17 „ User Manual” Funcție de autotestare – obligatoriu. Da, Pag.32 „ User Manual” Canal de ieșire independentă – obligatoriu. DA Indicatoare : - acustic, vizual. Da, Pag.32/34 „ User Manual” Control volum sunet – obligatoriu. Da, Pag.4 „ User Manual” Accesorii: 1) Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 00404.08_S 2) Electrod neutru reutilizabil, tip adult - 2 buc., să se indice codul produsului ; 5365A 3) Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri - 2 buc., să se indice codul produsului; 00205.00 4) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului; 152-110 5) Lame reutilizabile pentru bisturiu - 10 buc., să se indice codul produsului ; 152-110 6) Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil - 1 buc., să se indice codul produsului; 310-140-10 7) Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri - 1 buc., să se indice codul produsului; 00411.00 8) Pedală dublă - 1 buc., să se indice codul produsului. 00305.04	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			roți cu frână – obligatoriu; 4) Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii – obligatoriu; 5) Mîner pentru transportare – obligatoriu	Trolu : 1) Să se indice modelul oferit - modelul oferit; 2) Mobil pe 4 roți – obligatoriu; 3) Minim 2 roți cu frână – obligatoriu; 4) Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii – obligatoriu; 5) Mîner pentru transportare – obligatoriu TR003W	
Lot 3 Aspirator chirurgical (performanță avansată)					
Aspirator chirurgical (performanță avansată)	NEW HOSPIVAC 400	CA-MI S.R.L.	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru: 1) Vacuum : Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. - ≥ 80 l/min; Indicator vacuum - da, eroarea $\geq \pm 5\%$; Reglator aspirație – obligatoriu. Nivelul de zgomot, dBA : Vas colector: 1) În timpul aspirării se utilizează doar - obligatoriu; 2) Selector mecanic de vas – obligatoriu; 3) Numărul vaselor - 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit); 4) Capacitatea, L - ≥ 4 L; 5) Protecție la umplere pentru fiecare vas – obligatoriu; 6) Vas tip reutilizabil – obligatoriu. Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit): 1) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare – obligatoriu;	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru: 1) Vacuum : Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. - ≥ 80 l/min; DA, se oferă 90 l/min „DataSheet” Indicator vacuum - da, eroarea $\geq \pm 5\%$; DA „DataSheet” Reglator aspirație – obligatoriu. DA „DataSheet” Nivelul de zgomot, dBA : Vas colector: 1) În timpul aspirării se utilizează doar - obligatoriu; 2) Selector mecanic de vas – obligatoriu; DA „DataSheet” 3) Numărul vaselor - 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit); DA „DataSheet” 4) Capacitatea, L - ≥ 4 L; DA „DataSheet” 5) Protecție la umplere pentru fiecare vas – obligatoriu; ; DA „DataSheet” 6) Vas tip reutilizabil – obligatoriu. DA „DataSheet” Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit): ; DA „DataSheet” 1) Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare – obligatoriu; ; DA „DataSheet” 2) Suport cu roțile - ≥ 4 roți; ; DA „DataSheet”	DM00079253 4

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			2) Suport cu rotile - ≥ 4 roti; 3) Roti cu frina - da, ≥ 2 buc.; 4) Mîner pentru transportare – obligatoriu. Accesorii: 1) Pedală de pornire/oprire a aspirației – obligatoriu; 2) Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz – obligatoriu; 3) Filtru antibacterian - 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit). Tensiunea de alimentare - 220 V, 50 Hz.	3) Roti cu frina - da, ≥ 2 buc.; ; DA „DataSheet” 4) Mîner pentru transportare – obligatoriu. ; DA „DataSheet” Accesorii: 1) Pedală de pornire/oprire a aspirației – obligatoriu; ; DA „DataSheet” 2) Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz – obligatoriu; ; DA „DataSheet” 3) Filtru antibacterian - 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit). ; DA „DataSheet” Tensiunea de alimentare - 220 V, 50 Hz. ; DA „DataSheet”	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21628988 din 05.07.2026
Obiectul de achizitie: Diverse echipamente medicale

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	1	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	buc	3	66 335,00	79 602,00	199 005,00	238 806,00	60 zile din data intrarii in vigoare a contractului	Conform SIA RSAP
	2	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu	buc	2	132 000,00	158 400,00	264 000,00	316 800,00		
	3	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	buc	2	9 475,00	11 370,00	37 900,00	45 480,00		
TOTAL							500 905,00	601 086,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.