

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP Centrul de Sanatate Soroca

Numărul procedurii de achiziție: 21032546						Data: 04.01.21 - 25.01.2021	Alternativa nr.
Denumirea licitației publice: reagentilor de laborator si consumabile pentru anul 2021						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
33696500-0	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu	PT Lichid	Italia	BEN	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Protombina lichida, gata de lucru cu Calciu.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	Fibrinogen	Fibrinogen CLAUSS	Italia	BEN	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor 3 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	Imidazol	Coag Diluent	Italia	BEN	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT)	Coagulation Calibrator	Italia	BEN	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor 1 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut normal.	Coagulation Normal Control	Italia	BEN	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor 1 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut patologic.	Coag.Abnormal Control LEV 1	Italia	BEN	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor 1 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale	FOB Feces Cassette	China	AT	Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. Tuburi colectoare pentru probe cu 25 onster .Marcaj CE, nr. Lot	Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. Tuburi colectoare pentru 25 probe . Marcaj CE, nr. Lot Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator.	RPR Latex	M.Britanie	Prestige Diagnostic	RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator. RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat	RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator. RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat. Conform cerintelor generale.	ISO, CE
33696500-0	ASLO-LATEX	ASO Latex	M.Britanie	Prestige Diagnostic	ASLO-LATEX. Cerințe generale* + notă*	ASO VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste). Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	RF-LATEX	CRP Latex	M.Britanie	Prestige Diagnostic	RF-LATEX. Cerințe generale* + notă*	CRP VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste). Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE
33696500-0	CPR-LATEX	RF Latex	M.Britanie	Prestige Diagnostic	CPR-LATEX .Cerințe generale* + notă*	RF VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste). Conform Cerințe generale, CE Marca	ISO, CE

Semnat : _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Miorita, 5