

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700833281298 din 12.12.2023
Obiectul achiziției: consumabile medicale pentru secția perfuziologie sisteme închise pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 12 Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P-4319	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	• Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; - ac tip 16 G, cu fisura laterală: lungimea acului nu mai mica de 3 cm. - integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la porțiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm, - asigurat cu clama la puna de plasma. - amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent	• Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; - ac tip 16 G, cu fisura laterală: lungimea acului nu mai mica de 3 cm. - integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la porțiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm, - asigurat cu clama la puna de plasma. - amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm.	DOC, CE, DM000201982

				Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol - centrifuga. de la ramificarea racordului Y pana la punca de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Containe dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale. (solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)	• Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol - centrifuga. de la ramificarea racordului Y pana la punca de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Containe dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale DigiPla 80 (solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4