

SPECIFICATIA TEHNICA

Numărul licitației:		LP nr. 21284366						Data: „17” 10 2024		
Denumirea licitației:		Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2025 (Banca de țesuturi și celule umane)						Lot: _____		Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	7	8	
3310000-1	17	Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.	Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.	TIS 001-00 ,Tissue-C media for corneal culture at 31° C,100 ml,set-12 fl+Corneal/Loat+12 CFD,GPS DM000401403 , DM000401267	Italia	Alchimia	Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 100 ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.Certificat ISO 13485 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO	
3310000-1	18	Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4°C, să conțină conformatoare.	Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4°C, să conțină conformatoare.	CTC 001-01 -Corneal Chamber containig EUSOL-C with Donor Eye Caps ,20 ml,set-12 fl+12DEC, DM000401270	Italia	Alchimia	Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4°C, să conțină conformatoare.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +4°C, să conțină conformatoare.Certificat ISO 13485 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO	
3310000-1	19	Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii	Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii	CAR 001-00 Carry-C media for corneal deturgescence and transport at room temperature ,50 ml,set-12 fl, DM000401404	Italia	Alchimia	Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii. Certificat ISO 13485 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO	

3310000-1	29	Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat.	Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat.	10351/SG/CS 50 ml conical test tubes, PP, graduated, with screw cap,sterile, ind.wrapped DM000415743	Italia	Aptaca	Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Fiecare eprubetă ambalată individual. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Fiecare eprubetă ambalată individual. Certificat ISO 13485 și ISO 9001 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO
3310000-1	30	Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, sterile conice, testate pentru culturi celulare. Ambalare individuală, rezistentă.	Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, sterile conice, testate pentru culturi celulare. Ambalare individuală, rezistentă.	10352/SG/CS 15 ml conical test tubes, PP, screw cap,sterile, ind.wrapped DM000415750	Italia	Aptaca	Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, sterile conice, testate pentru culturi celulare. Fiecare eprubetă ambalată separat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, sterile conice, testate pentru culturi celulare. Fiecare eprubetă ambalată separat. Certificat ISO 13485 și ISO 9001 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO
3310000-1	36	Container pentru urină (steril) cu capac, volum - 150 ml	Container pentru urină (steril) cu capac, volum - 150 ml	2120/SG ,150 ml Urine Containers,in PP vol. 150 ml, Ø 58x72 mm, graduated urine container w/red screw cap on and writing surface - sterile, ind. wrapped DM000415519	Italia	Aptaca	1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu loc pentru marcare 3.steril 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml. Certificat ISO 13485 si ISO 9001 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO
3310000-1	37	Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml	Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml	2107,BLOOD COLLECTING TUBES , K3 EDTA,in 16 x 100 mm cylindrical test tubes, for 10 ml blood DM000419679	Italia	Aptaca	Eprubeta vacuumata, sterile cu K3EDTA 8-10 ml. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Eprubeta vacuumata, sterile cu K3EDTA 10 ml. Certificat ISO 13485 și ISO 9001 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO

3310000-1	40	Pipete serologice de 5ml	Pipete serologice de 5ml	640603,Serological Pipettes, PS, 5ml, Dnase & Rnase free.,sterile, DM000422004	China	Boen	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 5 ml. Fiecare pipetă ambalată individual.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 5 ml. Fiecare pipetă ambalată individual.Certificat ISO 13485 ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO
3310000-1	41	Pipete serologice de 10ml	Pipete serologice de 10ml	640604,Serological Pipettes, PS, 10 ml, Dnase & Rnase free.,sterile, DM000422005	China	Boen	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 10 ml. Fiecare pipetă ambalată individual.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 10 ml. Fiecare pipetă ambalată individual.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO
3310000-1	43	Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.	Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.	661802,Cryovial Tube with External Threadi,round bottom sterile, gradata la 1,8ml DM000422028	China	Boen	Criotuburi de 1,8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Criotuburi de 1,8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	CE,ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.