

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657890133089 din 19/08/2022						
Obiectul achiziției: Achiziționarea ”Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 6						
YAG Laser ND	<i>Opto Yag M</i>	<i>Slovenia</i>	<i>Optotek d.o.o</i>	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, ISO, DC
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Trocin Caterina

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Denumire sistem	Opto Yag M
Producător	Optotek d.o.o
Țară de origine	Slovenia
Descriere Aparat oftalmic cu laser, proiectat pentru operații de microchirurgie pe segmentele anterioare și posterioare folosind un fascicul focalizat al unui laser YAG pulsant într-un mod Q-switched. Parametrul Specificația Display Ecran încorporat care afișează numărul de fotografii și indicator de energie LED sau LCD Modulul YAG (Laser) Laser Tipul Nd: YAG Unda 1064 nm Puterea (Energia) "continuu, 0.5 - 10 mJ (în Single Pulse), cu 0,1 mJ pași și/sau incrementarea să aibă loc în 10 pași total " Durata impulsului ≤ 4 ns Fascicolul Diodă roșie ≤ 670 nm ≤ 1 mW, variabilă Mărimea fascicolului ≤ 10 μm Filtrul de protecție laser da, încorporat Unghiul de tratament $\leq 16^\circ$ Rata de impulsuri ≤ 3 Hz Moduri de acțiune 1, 2 sau 3 impulsuri Schimbarea focalizării, posterior în 3 trepte: 0 - ≤ 350 μm Tipul de răcire cu aer, internă Transmiterea undei de laser prin modulul lampei cu fantă da Modulul lampei cu fantă Sistemul de iluminare Lățimea fantei, mm 1-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 1-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărirea oculară 10x - 12.5x Mărire microscop, reglabil 5/6-6,3x, 8/9-10x, 12/16x, 20/25-28x, 32/40-42x Filtre da, integrate Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -8 la +8 minim Iluminarea din inferior Sursa halogen, LED Joystick da Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii Setul standard 1 set. Husa de protecție antipraf 1 buc.	Da, Descriere Aparat oftalmic cu laser, proiectat pentru operații de microchirurgie pe segmentele anterioare și posterioare folosind un fascicul focalizat al unui laser YAG pulsant într-un mod Q-switched. Parametrul Specificația Da, Display Ecran încorporat care afișează numărul de fotografii și indicator de energie LCD Da, Modulul YAG (Laser) Da, Laser Tipul Nd: YAG Da, Unda 1064 nm Da, Puterea (Energia) "continuu, 0.5 - 10 mJ (în Single Pulse), cu 0,1 mJ pași. Da, incrementarea să aibă loc în 10 pași total " Da, Durata impulsului 4 ns Fascicolul Diodă roșie Da, 650 nm Da, 1 mW, variabilă Da, Mărimea fascicolului < 10 μm Da, Filtrul de protecție laser da, încorporat Da, Unghiul de tratament 16° Da, Rata de impulsuri 3 Hz Da, Moduri de acțiune 1, 2 și 3 impulsuri Da, Schimbarea focalizării, posterior în 3 trepte: 0 , 150, 300 μm Da, Tipul de răcire cu aer, internă Da, Transmiterea undei de laser prin modulul lampei cu fantă Da, Modulul lampei cu fantă Da, Sistemul de iluminare Lățimea fantei, mm 0-12 ajustabilă Da, Lungimea fantei, mm 0,3-11, ajustabilă Da, Rotirea, grade 0-90 Da, Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Da, Microscopul Tipul Binocular Da, Mărirea oculară 10x - 12.5x Da, Mărire microscop, reglabil 6x, 10x, 16x, 25x, 40x Da, Filtre da, integrate Da, Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -8 la +8 Da, Iluminarea din inferior Da, LED Da, Joystick Da, Alimentarea, 220 V, 50 Hz Da, Accesorii Setul standard 1 set. Da, Husa de protecție antipraf 1 buc.

Masa cu roți și cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fante și a modului YAG 1 buc. Ochelari de protecție de la laser 2 buc. Pedală 1 buc. "Lampă de rezervă, doar în cazul lămpii halogen" 1 buc. Altele Garanție ≥ 2 ani Certificate CE, ISO Manuale de utilizare în limba de stat Manual de service limba engleză, rusă sau română Instalare și testare da Transportare la locul necesar da Deservire în perioada de garanție da Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces	Da, Masa cu roți și cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fante și a modului YAG 1 buc. Da, Ochelari de protecție de la laser 2 buc. Da, Pedală 1 buc. Da, Garanție 2 ani Certificate CE, ISO Da, Manuale de utilizare în limba de stat Da, Manual de service limba engleză Da, Instalare și testare Da, Transportare la locul necesar Da, Deservire în perioada de garanție Da, Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Da, Training pentru personal tehnic Da, Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
--	--