

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747729668335 din 23 mai 2025, 9:30 - 29 mai 2025, 9:30

Obiectul achiziției: Consumabile p/u turn laparoscopic - 2025

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	1	1. Electrode bilă p/u coagulare	706-158	Germania	Tekno	Electrod tip bilă fără aspirație; Lungime 30 cm (± 6cm); Diametru electrod: max. 5mm; Autoclavabil; Vârf bilă: rigid, fără părți mobile.	Electrod tip bilă fără aspirație; Lungime 33 cm; Diametru electrod: 5mm; Autoclavabil; Vârf bilă: rigid, fără părți mobile.	CE/ISO
3310 0000 -1	2	2. Optică laparoscopică 30°	700-523	Germania	Tekno	Telescop optic rigid; Rezoluție HD; Unghi de vizualizare 30°; Diametrul: max. 10mm; Lungime de lucru: 300mm (±30mm); Autoclavabil la 134°C.	Telescop optic rigid; Rezoluție HD; Unghi de vizualizare 30°; Diametrul: max. 10mm; Lungime de lucru: 310mm; Autoclavabil la 134°C.	CE/ISO
3310 0000 -1	3	3. Cablu fibră optică	39533-30	Germania	Tekno	Diametrul: 4-5mm; Lungime: 3000mm (±500mm); Rotație liberă în jurul axei sale; Autoclavabil la 134°C; Cod de referință: 495NCSC; Compatibil cu sursa de lumină "Power LED 175 SCB, Karl Storz".	Diametrul: 4.8mm; Lungime: 3000mm (±500mm); Rotație liberă în jurul axei sale; Autoclavabil la 134°C; Cod de referință: 495NCSC; Compatibil cu sursa de lumină "Power LED 175 SCB, Karl Storz".	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**