

Anexa 22

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1684507095715</u> din <u>03.07.2023</u>									
Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare									

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
57		Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă Cod 150950	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă Cod 150950	CM-6MT	Letonia	Elmi	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 1000 Maximală, rpm până la 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare da	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul SpecificațiaParametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant) Maximală, rpm 3500(pliant) Setări setarea vitezei(pliant) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml(pliant) Numărul de tuburi 12 unitati(pliant) Timer Gama de timp 1-99 min(manual de utilizare p 3) Incrementarea ≤1(minmanual de utilizare p 3) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant) Indicatori Indicarori vizual și acustic (pliant) Debalansare -da(pliant) Pornire/oprire da(pliant) Capac deschis da(pliant) Display Digital da(pliant) Nivelul de zgomot ≤ 55 dB (pliant) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare da(pliant)	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5