

Specificații tehnice complete solicitate		Specificațiile tehnice complete ale producătorului
Descrierea	Transductor convex PVT-375BT (Aplicatii abdominale,OB/GYN,etc).	
Parametru	Specificatii	
Diapazon frecventa	1.56.0 Mhz	1.56.0 Mhz
Frecventa de baza	3,5Mhz	3,5Mhz
Unghiul de vizualizare	70 ⁰	70 ⁰
Multifrecventa in armonici tisulare	3.0 4.0 5.0 6,0	3.0 4.0 5.0 6,0
Frecventa in armonici tisulare diferentiale	5.0	5.0
Compatibil cu dispozitiv ultrasonografic diagnostic și cu efect doppler Toşhiba TUS-A500 (aplio500)	da	da
Trasductorul trebuie sa asigure 100% calitatea originală a imaginii ultrasonografice	da	da
Nu vor fi acceptate prototipuri s-au accesorii alternative, care vor afecta calitatea imaginii și durabilitatea de utilizare.		
Construcția transductorului trebuie să fie elaborate din materiale calitative, care vor rezista minim10 ani de utilizare.	da	da
Anul producerii	2019	2019
Termenul de garantie	Minim 36 luni	Minim 24 luni
Certificat	CE	CE
	ISO	ISO