

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1703844185080 din 11.01.2024

Obiectul achiziției: Control extern de calitate al investigațiilor de laborator

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Control extern biochimic bazic	EQAS Clinical Chemistry (Monthly) Program BC50	SUA	Bio Rad Laboratories	Set de control extern pentru indicii biochimici :proteina totală, albumina , urea, creatinina, bilirubina totală și directă, glucoza, ALAT, ASAT, a-amilaza, amilaza pancreatică, colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, creatin phosphokinasa, ferritin, GGTP, IgA, IgE, IgG, IgM, iron, lactate, lactat dehidrogenaze, magnezium, phosphorous, potasium, transferrin, acid uric, sodium și alte. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml. Necesitate - trimestrial.	Set de control extern pentru indicii biochimici :proteina totală, albumina , urea, creatinina, bilirubina totală și directă, glucoza, ALAT, ASAT, a-amilaza, amilaza pancreatică, colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, creatin phosphokinasa, ferritin, GGTP, IgA, IgE, IgG, IgM, iron, lactate, lactat dehidrogenaze, magnezium, phosphorous, potasium, transferrin, acid uric, sodium și alte. Material de control - ser uman liofilizat. Ambalaj: BC50 12x5ml; BC23 12x1ml. Raportare lunară. Am propus 2 programe cuprind parametrii solicitați. Totodată programele propuse permit înregistrarea unei instituții medicale ce include două laboratoare într-un singur pachet.	ISO
		EQAS Serum Proteins Program BC23	SUA	Bio Rad Laboratories			ISO
2	Control extern pentru hemostaza	EQAS Coagulation Program BC34	SUA	Bio Rad Laboratories	Set de control extern pentru investigații sistemului de hemostaza cu parametrele: timpul protrombinc, INR, D-dimer, TTPA dupa Quick, fibrinogen. Material de control - plasma. Ambalaj: 0,5-1 ml. Necesitate - trimestrial.	Set de control extern pentru investigații sistemului de hemostaza cu parametrele: timpul protrombinc, INR, D-dimer, TTPA dupa Quick, fibrinogen. Material de control - plasma. Ambalaj: 12x1 ml. Raportare lunară. Am propus un program care permite înregistrarea unei instituții medicale ce include două laboratoare într-un singur pachet.	ISO
3	Control extern hematologic	EQAS Hematology Program BC90 A, B, C, D	SUA	Bio Rad Laboratories	Set de control extern clinic pentru examinarea hemoleucogramei de baza : Hb,HCT,MCH,MCHC, MCV,PLT,RBC,RDW,WBC. Material de control - suspensie de celule sanguine. Ambalaj: 3 - 5 ml. Necesitate - trimestrial.	Set de control extern clinic pentru examinarea hemoleucogramei de baza : Hb,HCT,MCH,MCHC, MCV,PLT,RBC,RDW,WBC. Material de control - suspensie de celule sanguine. Ambalaj: 12x2 ml. Raportare lunară. Am propus un program care permite înregistrarea unei instituții medicale ce include două laboratoare într-un singur pachet.	ISO
4	Control extern imunologic	EQAS Serum Proteins Program BC23	SUA	Bio Rad Laboratories	Set de control extern pentru examinarea Proteinei C-reactive, factorului reumatoid, Antistreptolisinei. Material de control - ser sau liofilizat. Ambalaj 1-5ml. Necesitate - trimestrial.	Set de control extern pentru examinarea Proteinei C-reactive, factorului reumatoid, Antistreptolisinei. Material de control - ser uman liofilizat. Ambalaj 12x1 ml. Raportare lunară.	ISO
5	Control extern imunologic	EQAS Immunoassay (Monthly) Program BC75	SUA	Bio Rad Laboratories	Set de control extern pentru examinarea hormonilor tiroidieni. Material de control - ser sau liofilizat.. Ambalaj: 2-5 ml. Necesitate - trimestrial.	Set de control extern pentru examinarea hormonilor tiroidieni. Material de control - ser uman liofilizat. Ambalaj: 12x5 ml. Raportare lunară. Am propus un program care permite înregistrarea unei instituții medicale ce include două laboratoare într-un singur pachet.	ISO
6	Control extern imunologic	EQAS HIV/Hepatitis Program 12000815	SUA	Bio Rad Laboratories	Set de control extern pentru examinarea marcherilor hepatitei B și C: HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBcAbM, HBeAg, HBeAb, HCVAb. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml. Necesitate - trimestrial.	Set de control extern pentru examinarea marcherilor hepatitei B și C: HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBcAbM, HBeAg, HBeAb, HCVAb. Material de control - lichid. Ambalaj: 12x2 ml. Raportare lunară.	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levița Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2