

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708446090851 / 21175212 din:19.04.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
3	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Panalex-B codul produsului din RS: DM000560694	China	SHANGHAI PAX MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii Reglabilă, 4000-5500 ±500K Reglarea intensității luminei Indexul de culoare Ra ≥ 95 Indexul de culoare R13 ≥ 100 Dimensiunea câmpului,cm Focusabil Diametrul 24-34 cm +/-4 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux la 100 cm satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux la 100 cm Rotația ≥ 270 grade Ajustare pe verticală ≥80 cm Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor ≥ 60000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii Reglabilă, 4000-5500 ±500K Reglarea intensității luminei Indexul de culoare Ra ≥ 95 Indexul de culoare R13 ≥ 100 Dimensiunea câmpului,cm Focusabil Diametrul 24-34 cm +/-4 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux la 100 cm satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux la 100 cm Rotația ≥ 270 grade Ajustare pe verticală ≥80 cm Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor ≥ 60000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Înălțimea podului 3-4 m	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51