

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: LP 21050254		Data: 31/01/2022	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a dispozitivelor medicale a.2022		Lot: 3	Pagina 1 din 1

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8
3	Videocolonoscop, Fujinon EC-590ZW3/L, S/N: 1C667K022, anul 2016.	Japonia	Fujifilm	Conform caietului de sarcini	Lucrări necesare: 1. Înlocuirea cauciuc pentru susținerea de îndoire, (RUBBER FOR BENDING SECTION (RoHS)). 2. Înlocuirea tubului de protecție, (PROTECTION TUBE (RoHS)). 3. Înlocuirea tubului de aer/apă pentru pânze, (FORCEPS CHANNEL TUBE (RoHS) , AIR/WATER TUBE (RoHS)) 4. Înlocuirea secțiunii de inserare, (INSERT SECTION(RoHS)).	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova