

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.
 300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9
 Tel. 0256 300727
 Fax 0256 201348

CERTIFICAT DE CALITATE

Produsul: Acetilena flamfotometrie
Livrat in: butelie: 50 l
Presiune imbuteliere la 15°C: 16 - 18 bar
Continut gaz : 10 kg ;

CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

Componenta	Cantitate
Acetilena flamfotometrie	min.99,6 %
Compusi hidrogenati ai As, S,P	max. 5 ppm

Acetilenă, dizolvată
 EEC Nr. (după EINECS): 200-816-9
 Nr. CAS: 74-86-2
 Index Nr. 601-015-00-0
 Formula chimică C₂H₂
 Număr de înregistrare REACH:
 01-2119457406-36
 Utilizări cunoscute
 Este utilizat în tehnici autogene, flamfotometrie, sinteze chimice.

Societatea furnizoare:
 Acseal Gaz S.R.L.

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.
 Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului, va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.

Director de calitate,
 Ing. Cristina Radu



Linde Gaz Romania

Timișoara
 Str. Avram Imbroane 9
 Tel.: +40 256 300 700
 Fax: +40 256 225 608

București
 Autostrada București – Pitești km.11
 Tel.: +40 21 318 1920
 Fax: +40 21 3181934

Cluj Napoca
 Blvd. Muncii 18
 Tel.: +40 264 415 707
 Fax: +40 264 415 708