

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771577158015 din 2 mart 2026, 9:00 - 13 mart 2026, 9:00

Obiectul achiziției: Echipamente medicale

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/servi ciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Lot 1						
3310000 0-1	1	Dulap medical cu doua uși	CM 35	Turcia	Optium	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Partea superioară: Sticlă securizată (de obicei 4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 20-30 kg per raft (în funcție de materialul și grosimea rafturilor). Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: Alb, gri sau alte culori medicale standard. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Partea superioară: Sticlă securizată (de obicei 4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 20-30 kg per raft (în funcție de materialul și grosimea rafturilor). Tip de închidere: Uși cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: Alb. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Certificate de conformitate
		Lot 3						
3310000 0-1	3	Pat de spital	TI 32	Turcia	Optium	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime • Lungime totală: 2100 mm (±50 mm) • Lățime totală: 970 mm (±30 mm) • Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm • Lungime interioară: 1970 mm (±30 mm) • Lățime interioară: 840 mm (±20 mm) • Înălțime saltea: minimum 7 cm • Reglaj electric cu trei funcții: - o Secțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° (±5) - o Secțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° (±5) - o Reglaj înălțime pat: 520–760 mm • Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. • Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. • Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. • Roți silențioase de minimum Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. • Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. Siguranță și conformitate • Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime • Lungime totală: 2150 mm • Lățime totală: 1000 mm ajustat de producator conform solicitarilor. • Înălțime reglabilă (fără saltea): 410–840 mm • Lungime interioară: 1950 mm • Lățime interioară: 850 mm • Înălțime saltea: 12 cm • Reglaj electric cu trei funcții: - o Secțiunea spatelui: unghi reglabil 0–75° ajustat de producator conform solicitarilor. - o Secțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–35° - o Reglaj înălțime pat: 410–840 mm • Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. • Tetiere și piciorușe din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. • Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos. • Roți silențioase de Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. • Sarcină maximă suportată: 250 kg.	Certificate de conformitate

						echipamente medicale. • Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate • Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. • Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. • Garanție minim 24 luni.	Siguranță și conformitate • Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. • Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate • Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. • Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. • Garanție minim 24 luni.	
		Lot 4						
3310000 0-1	4	Noptiera de spital	OCB 26	Turcia	Optium	Noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime • Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. • Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgărieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. • Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. • Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. • Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. • Două rafturi pentru depozitare liberă. • Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. • Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. • Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate • Lungime totală: 59 cm • Adâncime totală: 44 cm • Înălțime: 86 cm • Lățime masa de servit la pat: 40 cm • Lungime masa de servit la pat: 58 cm • Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm • Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia • Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. • Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. • Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgăraie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. • Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. • Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. • Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare • Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind	Noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime • Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. • Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgărieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. • Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. • Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥75 mm, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. • Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. • Două rafturi pentru depozitare liberă. • Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. • Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate • Lungime totală: 63 cm • Adâncime totală: 47 cm • Înălțime: 88.5 cm • Lățime masa de servit la pat: 40 cm • Lungime masa de servit la pat: 58 cm • Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm • Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia • Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. • Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. • Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgăraie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. • Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. • Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. • Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare • Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). • Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii	Certificate de conformitate

					operarea mesei de servit (încalinare/reglare). • Garanție minimă: 24 luni . - Alte cerințe obligatorii • Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). • Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. • Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	• Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). • Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. • Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ **Numele, Prenumele: Mihai Volcovschi În calitate de: administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2