

**Certificat de calitate №3564
pentru oxygen medicinal in stare gazoasa
GOST 5583-78**

Beneficiarul: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

**Numarul de butelii 2800 (40 lit)
Masa neta 17920 m3**

| № | Denumirea indicatorilor | Document normativ GOST 5583-78 | Rezultatele analizei |
|----------|--|---|---------------------------------|
| 1 | Concentratia de O ₂ , in %, nu mai putin de | 99.5 | 99.91 |
| 2 | Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de | 0.009 | 0.007 |
| 3 | Concentratia de H ₂ , in %, nu mai mult de | nu se testeaza | - |
| 4 | Concentratia de CO ₂ , nu mai mare | 0.01 | 0.003 |
| 5 | Continutul de CO | retinut conform aliniatului 3.6 | retinut |
| 6 | Continutul de acizi | retinut conform aliniatului 3.7 | retinut |
| 7 | Continutul de O ₃ si alte gaze oxidante | retinut conform aliniatului 3.8 | retinut |
| 8 | Continutul de baze | nu se testeaza | - |
| 9 | Prezenta mirosului | absent | abs |

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer superior,

Bulban V.



Data: 18.12.2020