

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1551947937994

Denumirea procedurii de a Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia spinării (implante spinale) și neurochirurgicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 9 Implante spinale. Cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral						
	9.1	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	905-103/ 905-107/ 905-101/ 905-133/ 905-137/ 905-163/ 905-166/ 905-194/ 905-199/ 905-256/ 905-251 - unul la alegere	SUA	Medtronic	Tube mesh. (Cilindru din plasa pentru protezare corpului vertebral - Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Tube mesh. (Cilindru din plasa pentru protezare corpului vertebral - Rotund Lungime 30, 40, 60, 70, 90, 100mm Diametru 10, 13, 16, 19, 25 mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
	9.2	Set de instrumente						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316