

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 21.03.2025 conform SIA RSAP					Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)					Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	1	Lampă Chirurgicală	Lampă Chirurgicală	PANALEX-A	China	SHANGHAI PAX MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Descriere: Lampa chirurgicala cu 2 sateliți, atașați pe 2 brațuri, destinată pentru intervenții chirurgicale, cu cameră integrată și cu monitor pentru afișarea imaginii în timp real. Fiecare braț este fixat pe un ax central de tavan. ParametrulSpecificația Display vizualizare videoDimensiuni≥ 24 inch Rezoluție≥ 1920x1080 Display cu posibilitatea de montare și fixare pe pendant. Numărul de braț cu sateliți: 2 Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Nivelul de iluminare, lux: -satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux; -satelitul nr.2 ≥ 140 000 lux. Parametrii câmpului de iluminare: Temperatura culorii, reglabil în diapazon minim de la 3500 până la 4800 K, cu o eroare admisibilă de ± 200 K Indexul de culoare Ra (CRI)≥ 96 Indexul de culoare R9 (CRI)≥ 96 Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm. Adâncimea de iluminare (L1+L2) ≥ 1000 mm Managementul iluminării pentru compensarea umbrelor formate de obstacole (mâini, mască) da Proprietăți aerodinamice a satelitului pentru flux laminar:da Rotația ≥ 330 grade Durata medie de viață a LED-urilor min. 60000 h Mânere detașabile și sterilizabile Panou de control da Posibilitatea de montare la înălțimea tavanului înălțime tavan 2.9 - 3.0 m. Baterie de backup da, ≥ 1.5 h Clasa de siguranță minim IP53□ AlimentareaRețeaua electrică 220V, 50Hz Asamblare și montare pe tavan la locul necesar da Camera: Integrat în satelit da	Descriere: Lampa chirurgicala cu 2 sateliți, atașați pe 2 brațuri, destinată pentru intervenții chirurgicale, cu cameră integrată și cu monitor pentru afișarea imaginii în timp real. Fiecare braț este fixat pe un ax central de tavan.□ ParametrulSpecificația Display vizualizare videoDimensiuni≥ 24 inch Rezoluție≥ 1920x1080 Display cu posibilitatea de montare și fixare pe pendant. Numărul de braț cu sateliți: 2 Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Nivelul de iluminare, lux: -satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux; -satelitul nr.2 ≥ 140 000 lux. Parametrii câmpului de iluminare: Temperatura culorii, reglabil în diapazon minim de la 3500 până la 4800 K, cu o eroare admisibilă de ± 200 K Indexul de culoare Ra (CRI)≥ 96 Indexul de culoare R9 (CRI)≥ 96 Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm. Adâncimea de iluminare (L1+L2) ≥ 1000 mm Managementul iluminării pentru compensarea umbrelor formate de obstacole (mâini, mască) da Proprietăți aerodinamice a satelitului pentru flux laminar:da Rotația ≥ 330 grade Durata medie de viață a LED-urilor min. 60000 h Mânere detașabile și sterilizabile Panou de control da Posibilitatea de montare la înălțimea tavanului înălțime tavan 2.9 - 3.0 m. Baterie de backup da, ≥ 1.5 h Clasa de siguranță minim IP53□ AlimentareaRețeaua electrică 220V, 50Hz Asamblare și montare pe tavan la locul necesar da	CE, ISO DM000560693
33100 000-1	12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	CBit10	China	CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.	Cod300310 APLICAȚII CLINICE General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac (opțional) PROBE PORTURIminim 3 PROBE TIP: Linear minim 5-12 MHz Lățimea câmpului vizual (FoV) 40-60 mm Numărul minim de „elemente: 192 Aplicare: General, Vascular Convex diapazon acoperit minim 2-5MHz Lățimea câmpului vizual (FoV) minim 60 grade Numărul minim de elemente: 192 Aplicare: General, Vascular, Obstetric, Ginecologic NIVELE DE GRI≥256 PREPROCESARE, canale digitale≥ 300 000 GAMA DINAMICA≥ 250 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂminim 30 cm GAMA DE FRECGVENTE A SISTEMULUIminim 2-17 Mhz POSTPROCESAREobligatoriu IMAGINE MODURI M-modobligatoriu M-mod și 2-Dobligatoriu Mod Panoramicobligatoriu Mod Trapezoidalobligatoriu DopplerPW, CW, CFM 3-Dtip freehand FUNCȚIONALITĂȚI Compunere spațialăminim 3 trepte Funcție de optimizare automată a imaginiiobligatoriu Măsurători digitaleobligatoriu	Cod300310 APLICAȚII CLINICE General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac (opțional) PROBE PORTURIminim 3 PROBE TIP: Linear minim 5-12 MHz Lățimea câmpului vizual (FoV) 40-60 mm Numărul minim de „elemente: 192 Aplicare: General, Vascular Convex diapazon acoperit minim 2-5MHz Lățimea câmpului vizual (FoV) minim 60 grade Numărul minim de elemente: 192 Aplicare: General, Vascular, Obstetric, Ginecologic NIVELE DE GRI≥256 PREPROCESARE, canale digitale≥ 300 000 GAMA DINAMICA≥ 250 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂminim 30 cm GAMA DE FRECGVENTE A SISTEMULUIminim 2-17 Mhz POSTPROCESAREobligatoriu IMAGINE MODURI M-modobligatoriu M-mod și 2-Dobligatoriu Mod Panoramicobligatoriu Mod Trapezoidalobligatoriu DopplerPW, CW, CFM 3-Dtip freehand FUNCȚIONALITĂȚI Compunere spațialăminim 3 trepte Funcție de optimizare automată a imaginiiobligatoriu Măsurători digitaleobligatoriu	CE, ISO DM000234473

20	Mașină de anestezie	Mașină de anestezie	CWM-303	China	Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd.	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥15", color TFT sau LCD touch screen Debitmetre Tipul electronice Gaz O2, Air gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități obligatoriu Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Interlock obligatoriu	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥15", color TFT sau LCD touch screen Debitmetre Tipul electronice Gaz O2, Air gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități obligatoriu Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Interlock obligatoriu	CE, ISO DM000819268
		Semnat:_____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51						