


SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației:	ID ocds-b3wdp1-MD-1541065406055	Data:	22.11.2018	Alternativa Nr. 1
Denumirea licitației:	Achiziționarea sistemelor stomice conform necesităților IMSP Institutului Oncologic pentru anul 2018	Lot:	Pagini ___ din ___	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Sisteme stomice	1166000F	China	BAO-HIM Co. Ltd	1.Cu evacuare, de tip deschis 2.Dimensiuni ~ 30x15 cm 3.Sac din polipropilena cu fereastră de vizualizare 4.Flanșă adezivă pentru fixare - 72 ore 5.Mecanism de eliminare de tip deschis 6.O (1) clemă la 5 punți Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului dar, nu mai mic de 12 luni.	Monosistem stomic tip deschis pentru colo/leostomie, 28x15cm, vol. 550ml, sac din polipropilena, captusit in material netesut, cu fereastră de vizualizare, flansa adeziva din hidrocoloid pt 72 ore cu inel adeziv din material netesut, gura de talere 15-60mm, filtru de carbune cu stiker, set 20 punți cu 4 clemă de fixare reutilizabile.	ISO, CE Marca

Termen valabilitate ofertă: 30 zile
Oferta este valabilă pentru găzduirea solicitată
Termenii de livrare - conform documentelor de licitație



Cu stimă,
Director S.C. "GT Technology" S.R.L.
Obrîjanu Ghenadie